



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Poznań, dnia 09.11.2017
EZ/350/76/2017/821

**Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne nr 76/2017
dotyczy: Zakup, dostawa, montaż, uruchomienie wraz z przeszkoleniem pracowników: sprzęt do endoskopowej diagnostyki pogłębionej.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji, na które udzielamy odpowiedzi :

Pytanie

dotyczy § 9 ust. 10 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na posiadanie upoważnień ogólnych do przetwarzania danych osobowych , zgodnie z art. 37 UODO oraz zobowiązania do zachowania w tajemnicy pozyskanych danych dla osób przetwarzających dane osobowe u Zamawiającego.?

ODPOWIEDŹ

Nadawanie upoważnień osobom przetwarzającym dane osobowe, to obowiązek przewidziany w art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Fakt nadania upoważnienia, ma w swoim założeniu minimalizować ryzyko wycieku danych osobowych. Osoby, które przetwarzają dane osobowe otrzymują upoważnienia do konkretnych zbiorów danych i tylko w tych zbiorach mogą przetwarzać dane osobowe. Wobec powyższego Zamawiający nie wyraża zgody na posiadanie upoważnień ogólnych a wskazuje na konieczność nadania upoważnień do zbiorów danych osobowych, które zostały powierzone do przetwarzania w ramach umowy powierzenia zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym.

Pytanie

- dotyczy § 9 ust. 19 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 9 ust. 19 wzoru umowy na następujący: 19. W razie stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy lub przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 200,00 PLN za każdy przypadek naruszenia w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do jej zapłaty

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie

dotyczy § 3 ust. 15 f) wzoru umowy

Prosimy o potwierdzenie, że dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy powoduje nie naliczanie kar umownych.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie

dotyczy § 3 ust. 15 wzoru umowy

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek nie właściwego użytkowania urządzenia, nie zgodnie z instrukcją obsługi.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie

- ad 26.

Czy Zamawiający dopuści endoskop o długości 510mm

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuści endoskopu o długości 510 mm, ponieważ długość endoskopu ma istotne znaczenie podczas badania endoskopowego

Pytanie

- ad 35.

Czy Zamawiający dopuści monitor medyczny o przekątnej 21,5"

ODPOWIEDŹ

Nie, ponieważ do właściwej diagnostyki NBI konieczny jest monitor o przekątnej 27 cali

Pytanie

- ad. 40

Czy Zamawiający dopuści monitor z wejściami cyfrowymi 1 x DVI-D, 1xHDMI

ODPOWIEDŹ

Tak.

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznego (stawka VAT 23%) wyposażenia oferowanego zestawu (np. wózek endoskopowy, oprogramowanie do archiwizacji badań i wizyt pacjentów, zestaw do archiwizacji badań, komputer) oraz odstąpi od konieczności złożenia dla tego przedmiotu zamówienia oświadczenia i dokumentów dopuszczających zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych o których mowa w formularz ofertowym pkt. 5

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie

dotyczy formularza cenowego

Czy Zamawiający wymaga podania cen jednostkowych poszczególnych produktów wchodzących w skład zestawu, lub czy Zamawiający wymaga podanie jednej ceny za cały zestaw w rozbiciu na produkty ze stawką vat 8% oraz 23% ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga podania cen jednostkowych poszczególnych produktów wchodzących w skład zestawu wraz z wartościami netto i brutto i wartością VAT oraz wartość całkowitą będącą wartością oferty.

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 3 wzoru umowy pkt. 15 e) na następujący:

e. Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako – od momentu zgłoszenia awarii – przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) max. 5 dni robocze – bez części zamiennych, do 12 dni roboczych - z częściami zamiennymi.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający częściowo wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Poniżej prawidłowa treść zapisu umowy.

e. Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako – od momentu zgłoszenia awarii – przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 3 dni robocze – bez części zamiennych, do 10 dni- z częściami zamiennymi, liczone od poniedziałku do piątku..

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 3 wzoru umowy pkt. 15 h) na następujący: W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, Wykonawca obowiązany jest wymienić ten element (podzespół) na nowy. Jeśli natomiast 5 krotna naprawa gwarancyjna elementu nie doprowadzi do prawidłowego stanu użytkowego przedmiotu zamówienia Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia na nowy wolny od wad.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,
z-ca Dyr. ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna