

Poznań, dnia 12.12.2008.
EZ/7346/ 2008

Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych postępowaniem nr 125/2008

Dotyczy: **Zakup i dostawa urządzeń medycznych i krzeseł**

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które poniżej udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z Trendelenburgiem : 15°, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego przez Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ

TAK.

PYTANIE

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z kątem unoszenia oparcia pleców 75° co jest parametrem lepszym od wymaganego przez Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ

TAK.

PYTANIE

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści stojak do kroplówek z regulacją wysokości w zakresie 135-2220mm?

ODPOWIEDŹ

TAK.

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna