

Poznań, dnia 15.12.2008.
EZ/7404/ 2008

Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych postępowaniem nr 125/2008

Dotyczy: **Zakup i dostawa urządzeń medycznych i krzeseł**

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które poniżej udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

PAKIET NR 7

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wieszak do kroplówki z regulacją wysokości w zakresie 1740mm d0 2450mm? Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości użytkowych oraz funkcjonalnych wieszaka.

ODPOWIEDŹ

TAK.

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna