

Poznań, dnia 2017-11-27

EZ/350/85/2017/.....867.....

wg rozdzielnika - do uczestników i zainteresowanych

dotyczy: przetargu nieograniczonego 85/2017 Zakup i dostawa środków myjących i dezynfekcyjnych do dezynfekcji manualnej i myjni

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na które udzielamy odpowiedzi

Pytanie do SIWZ

Pkt VII ppkt. 10 SIWZ - Prosimy o odstąpienie o wymogu przedłożenia dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia z zakresu ustawienia programów mycia, kalibracji układu dozowania, dla myjni WD430 – pakiet nr 2, którego Zamawiający wzmaga na wezwanie i przedłożenia w to miejsce oświadczenia Wykonawcy o zagwarantowaniu na czas trwania umowy serwisu z zakresu ustawienia programów mycia, kalibracji układu dozowania, dla myjni WD 430.

Powyzszy wymóg narusza art. 7 ust. 1 Ustawy Pzp gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji, równe traktowanie Wykonawców oraz z art. 29 ust. 2 Ustawy Pzp, który zawiera wyraźny zakaz dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję. Wedle naszej wiedzy tylko jeden z Wykonawców posiada powyższy dokument, i tym samym jako jedyny będzie mógł złożyć ofertę spełniającą wymóg zawarty w SIWZ, co narusza zasady dotyczące uczciwej konkurencji.

Zamawiający umieszczając taki zapis w SIWZ pozbawia się możliwości uzyskania korzystnej cenowo oferty, decydując się na warunki przedłożone przez tylko jednego Wykonawcę, co nie służy interesom Szpitala (wzrost ceny oferty). **Pragniemy również nadmienić, że do prawidłowego ustawienia programów mycia, kalibracji układu dozowania dla myjni WD340 wymagany jest doświadczony serwis świadczący usługi prawidłowego serwisowania myjni różnych producentów (w tym Belimed WD 430) na terenie całego kraju, którym dysponujemy.** Posiadanie dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia nie jest jedynym źródłem gwarantującym prawidłową kalibrację myjni, a jedynie podnosi jej koszty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wykreśla w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt VII.10.

| | |
|----|---|
| 10 | Dokument potwierdzający odbycie szkolenia z zakresu ustawienia programów mycia, kalibracji układu dozowania, dla myjni WD430 - pakiet nr 2 |
|----|---|

Wymóg zamawiającego jest zawarty w opisie przedmiotu zamówienia, cyt:

- Zamawiający wymaga ustawienia do pracy urządzenia poprzez nastawę programów mycia i dezynfekcji, kalibrację układu dozowania do gęstości zaoferowanych środków po stronie oferenta preparatów.

Pytanie do asortymentu:

Pakiet 2 pozycja 1 - Czy zamawiający dopuści preparat spełniający wszystkie zapisy SIWZ o pH ok 6? Różnica 0,5 pH nie ma żadnego wpływu na jakość mycia z proponowanym środkiem w SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

z poważaniem,

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna