

Poznań, dnia 28.11.2017  
EZ/350/85/2017/872

**Wg rozdzielnika:  
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie  
publiczne nr 85/2017  
dotyczy: Zakup i dostawa środków myjących i dezynfekcyjnych do dezynfekcji  
manualnej i myjni.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji, na które udzielamy odpowiedzi :

**PYTANIE**

W związku z korektą opisu pakietu nr 1 już po udzieleniu odpowiedzi na zapytania, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pozwala na zaoferowanie w pakiecie nr 1 preparatu dopuszczonego do oceny dnia 22.11.2017:

*„Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozwoli na zaoferowanie preparatu w formie koncentratu do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi (w tym wrażliwych na działanie temperatury endoskopów giętkich) o spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae), V (HBV, HCV, HIV) w czasie 5 minut i stężeniu roztworu roboczego 0,5% zawierającego kompleks trójenzymatyczny (lipazy, proteazy i amylazy), alkilotriaminę i N,N-didecylo-N-metylopoli(oksyetylo)propionian amonowy (DMPAP)? Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008. Bez zawartości aldehydów, chloru oraz substancji uwalniających aktywny tlen. Posiada oświadczenie producenta o możliwości przechowywania narzędzi w roztworze preparatu do 72 h. Opakowanie handlowe: 5L.*

**ODPOWIEDŹ**

*Zamawiający dopuszcza powyższe.”*

Preparat posiada doskonałe właściwości myjące, w ten sposób zabezpieczając narzędzia przed utworem zanieczyszczeń i przed powstawaniem biofilmu oraz posiadającego wysoką kompatybilność materiałową potwierdzoną przeprowadzonymi badaniami zgodnie z międzynarodowymi standardami ASTM, które potwierdzają, że preparat nie jest korozyjny?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza produkt posiadający badania w kierunku korozji wżerowej zgodnie ze standardami ASTM.

**UWAGA:**

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,  
z-ca Dyr. ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna

*Pismo przygotował: Sylwia Krzywiak, Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel. 061 8850 644*