

Poznań, dnia 14.12.2017  
EZ/350/87/2017/902

**Wg rozdzielnika:**  
**do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie**  
**publiczne.nr 87/2017**  
**dotyczy: Zakup i dostawa środków dezynfekujących**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania, na które udzielamy odpowiedzi:

PYTANIE

Dotyczy pakietu V, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga w w/w pozycji opakowania chusteczek dezynfekujących do powierzchni zamykanych taśmą klejącą oraz dodatkowo klipsem zabezpieczającym przed wysychaniem? Jedynie połączenie obydwu tych zabezpieczeń zagwarantuje utrzymanie długotrwałej wilgotności, a tym samym wszystkich właściwości dezynfekujących produktu w opakowaniu. Zabezpieczenie opakowania jedynie w taśmę klejącą w miejscu wyjmowana chusteczek zwiększa ryzyko dostępu powietrza do wewnątrz opakowania, co z kolei prowadzi do wyschnięcia chusteczek i pozbawienia ich właściwości użytkowych. Jedynie opakowanie zamykane zarówno taśmą klejącą jak i klipsem zabezpieczającym przed wysychaniem pozwoli na wykorzystanie wszystkich chusteczek zgodnie z ich przeznaczeniem, utrzymanie wilgotności, zagwarantuje zachowanie wymaganych właściwości, co przekłada się bezpośrednio na oszczędności dla Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza wyżej opisany sposób zamykania opakowania, ale nie wymaga

PYTANIE

Pakiet 2 poz 1

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny alkoholowego preparatu spełniającego zapisy SIWZ na bazie jednego alkoholu etylowego w stężeniu 72g o szybszym czasie działania i szerokim spektrum bójącym wobec: B, F, Tbc, V (BVDV, HCV, HBV, HIV, Vaccinia, Rota, Adeno, Noro) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąc i żrąca w związku z tym nie podrażnia dróg oddechowych oraz błon śluzowych. Jest preparatem przyjaznym dla środowiska i personelu który go używa.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

#### PYTANIE

Pakiet 2 poz 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w postaci aktywnej pianki na bazie amin i QAV do mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego o szerokim niżwymagane spektrum mikrobiającym wobec: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno i Polio) w czasie 15 minut. Konfekcjonowanego w opakowania 1L ze spryskiwaczem pianowym.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Czas działania oferowanego produktu jest znacznie dłuższy od oczekiwanego.

#### PYTANIE

Pakiet 3

Prosimy o dopuszczenie do oceny myjek do toalety pacjenta, o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone, o wymiarach minimalnych 20 x 20 cm; w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością propylene glycol, betaine,, witaminy E bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamkniętym opakowaniu, z dodatkową warstwą termoizolacyjną wewnątrz opakowania, pomagającymi utrzymać temperaturę myjek oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchenke mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1000 W. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń dróg moczowych potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi. W opakowaniu jednostkowym maksymalnie 8 sztuk myjek. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

#### PYTANIE

Pakiet 5

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w tubach po 200szt przebadane zgodnie z najnowszymi wytycznymi normy 16615:2015. Spektrum bojęce: kliebsella, salmonella, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, MRSA i VRE), F, V (BVDV, HCV, HBV, HIV, Norowirus, influenza A, Coronavirus ) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Ze względu na rodzaj obszarów i zakres stosowania chusteczek, Zamawiający oczekuje mniejszych opakowań, z maksymalną ilością chusteczek do 100 sztuk.

#### PYTANIE

Czy w pakiecie nr 3 – Zamawiający mógłby dopuścić chusteczki do antybakteryjnego mycia i pielęgnacji skóry (również podrażnionej) i błony śluzowej, nasączone preparatem na bazie polihexanidu, skuteczne wobec MRSA, stabilizujące fizjologiczną florę skóry i redukujące nieprzyjemny zapach ciała, o wymiarach 20 cm x 30 cm pakowane po 10 szt.?

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. W pakiecie IV Zamawiający oczekuje produktu o właściwościach jedynie myjących, bez substancji bakteriobójczych. Chusteczki bakteriobójcze Zamawiający już posiada w swoim asortymencie.

#### PYTANIE

Czy w pakiecie nr 4 – Zamawiający mógłby dopuścić wilgotne jednorazowe rękawice myjące o wymiarach 14 x 23 cm do nieuszkodzonej skóry i błon śluzowych, posiadające działanie bakteriobójcze wobec bakterii wieloopornych MRSA/ ORSA/VRE i Acinetobacter baumannii w czasie do 30 sek., likwidujące nieprzyjemne zapachy ciała, niewymagające spłukiwania, nadające się do podgrzania w kuchence mikrofalowej, nasączone poliheksanidem, pakowane po 10 szt., zarejestrowane jako kosmetyk?

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. W pakiecie IV Zamawiający oczekuje produktu o właściwościach jedynie myjących, bez substancji bakteriobójczych. Chusteczki bakteriobójcze Zamawiający już posiada w swoim asortymencie.

#### PYTANIE

Czy w pakiecie nr 5 – Zamawiający mógłby dopuścić chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych, o spektrum działania B( łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min., posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych, opakowanie typu flow pack zawierające 80 szt. chusteczek wykonanych z poliestru o wym. 20 cm x 22 cm i gramaturze 50g/m<sup>2</sup>?

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

#### PYTANIE

##### PAKIET 4

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki w formie rękawicy, do mycia ciała pacjenta – jednostronnie impregnowana mydłem o neutralnym pH 5,5, jednorazowego użytku - gotowa do użycia po aktywacji wodą, hipoalergiczna. Myjka wykonana z jednej strony z tkaniny bawełnianej (biało-niebieskie paski) dwustronnie drapanej, impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnątrz, z drugiej strony z włókniny podfoliowanej wewnątrz. Warstwa folii zwiększa wytrzymałość myjki podczas mycia pacjenta. Jednorazowa myjka zmniejsza jakąkolwiek możliwość rozprzestrzeniania się infekcji, zapobiega zakażeniom drobnoustrojami, mikroorganizmami, które mogą znaleźć się w zwykłej gąbce wielokrotnego użytku, zapewniając jednocześnie efektywną higienę w wygodny i bezpieczny dla pacjenta sposób. Impregnowane mydłem, poziome, równoległe ułożone paski umożliwiają równomierne rozprowadzenie mydła. Zgrzewana termicznie, dzięki czemu brzegi nie drażnią skóry pacjenta. Myjka impregnowana mydłem o neutralnym pH 5,5 gwarantuje:
  - dokładne umycie nawet trudnych do usunięcia zabrudzeń ze skóry pacjenta;
  - pielęgnację wrażliwych okolic ciała;Produkt myje oraz chroni najwrażliwszą skórę, zapewniając pełen komfort i bezpieczeństwo.  
Wymiary : 17,2 cm x 24,2 cm (+/- 1 cm)  
Waga: 6,3 g. (+/- 0,1)  
Grubość myjki 3 mm

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie a'20 z odpowiednim przeliczeniem ilości.
3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny jednostkowej netto myjki do 4 miejsc po przecinku, wartość netto i brutto oferty do 2 miejsc po przecinku.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe. Jednakże Zamawiający informuje iż wartość oferty winna być podana do dwóch miejsc po przecinku.

#### PYTANIE

##### do pakietu nr II poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego o szerokiej kompatybilności materiałowej m.in. do dezynfekcji mebli w zakładach opieki zdrowotnej w gabinetach lekarskich, stomatologicznych, w laboratoriach, domach opieki, hospicjach. Zalecany do dezynfekcji foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej oraz innych trudnodostępnych powierzchni, również powierzchni mających kontakt z żywnością, nie zawierający aldehydów, fenoli, QAC związków nadtlenowych, pochodnych biguanidyny, zawierający następujące substancje czynne: etanol 40,5 g i n-propanol, 9,2g, który nie jest sklasyfikowany jako drażniący o ostrej toksyczności w odróżnieniu od opisanego w SIWZ, o szerszym spektrum działania niż wymagane w SIWZ: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, SARS, Herpes, Influenza H1N1, H5N1, Rota, Noro, Adeno) w bardzo krótkim czasie 30 sekund- 1 minuty, przebadany wg Norm EN 14885: 13727, 13697, 13624, 14348, 14476 oraz DVV, RKI ulegający biodegradacji w opakowaniu 1 L ze spryskiwaczem?

Opis przedmiotu zamówienia poprzez dobór parametrów dotyczących szczegółowego składu jakościowego oraz wersji zapachowych preparatu wskazuje na konkretny produkt co jest niezgodne z art. 7 pkt. 1 Ustawy Pzp gwarantującym zachowanie uczciwej konkurencji oraz art. 29 ust. 2 Ustawy PZP zawierającym wyraźny zakaz dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

#### PYTANIE

##### do pakietu nr II poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci bezalkoholowej pianki do dezynfekcji powierzchni (w tym powierzchni sprzętu medycznego) szklanych, porcelanowych, metalowych, gumowych, ze szkła akrylowego, wrażliwych na działanie alkoholi np. głowice USG, sondy, plexi, inkubatory, lampy, meble, z możliwością zastosowania na oddziałach intensywnej opieki i bloku operacyjnym na bazie diaminy i czwartorzędowych związków amonowych, bez aldehydów i fosforanów o szerokim spektrum działania: B, F (C. albicans), wirusy HIV, HBV, HCV, SARS, Vaccinia, Herpes, grypa H1N1 i H5N1 w czasie 1 minuty i Tbc w czasie 5 minut?

Opis przedmiotu zamówienia poprzez dobór parametrów dotyczących szczegółowego składu jakościowego preparatu wskazuje na konkretny produkt co jest niezgodne z art. 7 pkt. 1 Ustawy Pzp gwarantującym zachowanie uczciwej konkurencji oraz art. 29 ust. 2 Ustawy PZP zawierającym wyraźny zakaz dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

## PYTANIE

do pakietu nr V poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji powierzchni o właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych (łącznie z głowicami USG) wrażliwych na działanie alkoholi, nasączone roztworem chloru didecyloдимetyloamoniowego, wolne od aldehydów, wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze min. 40g/m<sup>2</sup> oraz w rozmiarze 20x33cm, o szerszym spektrum niż wymagane w specyfikacji: B, F (Candida albicans), w czasie 1 minuty, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia) w czasie 30 sekund, Noro w czasie 1 minut, Polyoma do 5 minut, Rota, Tbc w czasie 15 minut, , będące wyrobem medycznym klasy IIa w opakowaniu typu flow pack a 100 sztuk? Rezygnacja w opisie przedmiotu zamówienia w tej pozycji z wymogu posiadania udokumentowanej skuteczności bójczej wobec Tbc stanowi ryzykowne rozwiązanie ze względu na epidemiczność prątków. Proponowane przez nas rozwiązanie jest bardziej ekonomiczne przy wyższym poziomie skuteczności bójczej niż opisane w specyfikacji.

Opis przedmiotu zamówienia poprzez dobór parametrów dotyczących szczegółowego rozmiaru chusteczki z dokładnością do 1 mm oraz gramatury wskazuje na konkretny produkt co jest niezgodne z art. 7 pkt. 1 Ustawy Pzp gwarantującym zachowanie uczciwej konkurencji oraz art. 29 ust. 2 Ustawy PZP zawierającym wyraźny zakaz dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

## ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza w/w chusteczki. Dopuszcza również posiadanie skuteczności bójczej wobec Tbc, ale nie wymaga, gdyż posiada już w swoim asortymencie taki produkt.

## UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,  
z-ca Dyr. ds. lecznictwa

dr n. med. Józef Mazurek