

Poznań, dnia 21.06.2018
EZ/350/91/2017/586

Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych postępowaniem 91/2017
Dotyczy: **Zakup i dostawa sprzętu medycznego sterylnego i mikrobiologicznie czystego jednorazowego i wielokrotnego użytku**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonej procedury o zamówienie publiczne w trybie art.39 (przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu medycznego sterylnego i mikrobiologicznie czystego jednorazowego i wielokrotnego użytku w poszczególnych pakietach została wybrana oferta z najniższą ceną, spełniające wymagania siwz.

PAKIET NR 18

LIFEMED Poland Sp. z o.o.
Ul. Krakowiaków 34
02-255 Warszawa

Całkowita wartość zamówienia wynosi 139.440,00zł netto; 150.595,20zł brutto
Termin realizacji 2 dni robocze, okres ważności 36 miesięcy.
Wpłynęły 2 oferty, odrzucono 1 ofertę.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.

Nr oferty	Nazwa Oferenta/Wykonawcy	Cena oferty	punktacja
10	LIFEMED Poland Sp. z o.o. Ul. Krakowiaków 34 02-255 Warszawa	139.440,00zł netto; 150.595,20zł brutto	100pkt; W tym: Cena- 60pkt Termin ważności- 20 pkt Skrócenie terminu dostawy-20 pkt.
12	Baxter Polska Sp. z o.o. Ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa	129.000,00zł netto; 139.320,00zł brutto	odrzucona.

Zamawiający odrzuca ofertę firmy Baxter polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie .
Zamawiający w wyniku zadanego w toku postępowania pytania : Czy Zamawiający będzie wymagał aby cewnik, po umiejscowieniu w ranie, był widoczny na całej długości w RTG i USG? Gwarantuje to możliwość sprawdzenie ułożenia cewnika po jego implementacji?; udzielił odpowiedzi potwierdzającej tj: Tak, Zamawiający wymaga aby cewnik po umiejscowieniu w ranie był widoczny na całej długości w badaniach RTG i USG.

Jednocześnie zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawca składając ofertę potwierdził i zobowiązał się, iż posiada opisy techniczne, foldery/ulotki, fotografie, dane katalogowe jednoznacznie potwierdzające parametry techniczno-**użytkowe** oferowanego przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się dostarczyć je na każde wezwanie Zamawiającego.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o potwierdzenie spełniania wymagania posiadania widoczności cewnika fenestrowanego w promieniach RTG i USG na całej długości wraz z dokumentem potwierdzającym powyższe zgodnie ze złożonym w formularzu ofertowym oświadczeniem.

Wykonawca przedstawił dowód potwierdzający tj. kartę zawierającą opisy użytkowe spełniania wymogu jedynie w zakresie RTG. Tym samym nie wypełnił postanowień Specyfikacji i naruszył art. 89 ust.1pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego oferta podlega odrzuceniu. Podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dziękujemy za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Wybranego oferenta prosimy o przygotowanie umowy załączonej do niniejszego pisma. Umowa dostępna w formie elektronicznej – prośbę proszę wysłać na adres: zaopatrzenie@wco.pl. Data podpisania umowy 03.07.2018.

Z poważaniem,

Proszę o potwierdzenie otrzymania treści pisma nr fax 061 8850 698

*Potwierdzam otrzymanie pisma- informacji o wyborze ofert w postępowaniu nr
91/2017- **Zakup i dostawa sprzętu medycznego sterylnego i mikrobiologicznie
czystego jednorazowego i wielokrotnego użytku***

21.06.2018.

.....

Podpis i pieczęć