

Poznań, dnia 06.03.2018
EZ/350/7/2018/213

Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie
publiczne nr 7/2018
dotyczy: Zakup i dostawa opatrunków.

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż wpłynęły zapytania do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które przesyłamy odpowiedzi:

PYTANIE

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiety nr: 45, 46, 47):
przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta,
które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną
się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta
produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych
produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany
według standardów normy ISO 11948.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 46, pozycja: 1):
pieluchy średnie, w rozmiarze M, TENA Slip Plus, które są odpowiednikiem produktów
zapisanych w SIWZ – posiadają co najmniej takie same parametry oraz cechy
produktowe? Dopuszczenie produktów innych producentów, w tym produktów TENA,
daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie
trwania umowy, przełoży się na oszczędności. Jednocześnie mają Państwo gwarancje
utrzymania najwyższego standardu opieki nad chorym. Należy również nadmienić, że
używanie w SIWZ nazw własnych dla wyrobów medycznych (kategoria I) jest
niezgodne z PZP. Nazwa własna wskazuje na konkretnego producenta produktów
chłonnych, tym samym ogranicza uczciwą konkurencję. W efekcie uniemożliwiacie
Państwo przedstawienie konkurencyjnej oferty producentom / dostawcom innych
produktów, które spełniają Państwa wymogi. Państwo jako instytucje publiczna,
wydatkująca pieniądze publiczne, powinna zabiegać o to, aby zostało złożonych jak
najwięcej konkurencyjnych ofert w trosce o budżet Państwa placówki.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 46, pozycja: 2): pieluchy duże, w rozmiarze L, TENA Slip Plus, które są odpowiednikiem produktów zapisanych w SIWZ – posiadają co najmniej takie same parametry oraz cechy produktowe? Dopuszczenie produktów innych producentów, w tym produktów TENA, daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności. Jednocześnie mają Państwo gwarancje utrzymania najwyższego standardu opieki nad chorym. Należy również nadmienić, że używanie w SIWZ nazw własnych dla wyrobów medycznych (kategoria I) jest niezgodne z PZP. Nazwa własna wskazuje na konkretnego producenta produktów chłonnych, tym samym ogranicza uczciwą konkurencję. W efekcie uniemożliwiacie Państwo przedstawienia konkurencyjnej oferty producentom / dostawcom innych produktów, które spełniają Państwa wymogi. Państwo jako instytucje publiczna, wydająca pieniądze publiczne, powinna zabiegać o to, aby zostało złożonych jak najwięcej konkurencyjnych ofert w trosce o budżet Państwa placówki.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 46, pozycja: 3): pieluchy duże, w rozmiarze XL, TENA Slip Plus, które są odpowiednikiem produktów zapisanych w SIWZ – posiadają co najmniej takie same parametry oraz cechy produktowe? Dopuszczenie produktów innych producentów, w tym produktów TENA, daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności. Jednocześnie mają Państwo gwarancje utrzymania najwyższego standardu opieki nad chorym. Należy również nadmienić, że używanie w SIWZ nazw własnych dla wyrobów medycznych (kategoria I) jest niezgodne z PZP. Nazwa własna wskazuje na konkretnego producenta produktów chłonnych, tym samym ogranicza uczciwą konkurencję. W efekcie uniemożliwiacie Państwo przedstawienia konkurencyjnej oferty producentom / dostawcom innych produktów, które spełniają Państwa wymogi. Państwo jako instytucje publiczna, wydająca pieniądze publiczne, powinna zabiegać o to, aby zostało złożonych jak najwięcej konkurencyjnych ofert w trosce o budżet Państwa placówki.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 46, pozycja: 3): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 46, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtki pakowane a'30, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 45; pozycja 1): wkładki urologiczne dla mężczyzn o rozmiarze co najmniej 20x23cm, pakowane a'24 z odpowiednim przeliczeniem sztukowym oraz ze składowymi produktu o innych nazwach własnych niż zawarte w SIWZ, ale spełniającymi te same funkcje? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ, cytuje: „...warstwa Dryplus...”; „...cząsteczkami CyDex...” spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe z odpowiednim przeliczeniem ilości.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 45; pozycja 2): wkładki urologiczne dla mężczyzn o rozmiarze co najmniej 23x27cm, pakowane a'20 z odpowiednim przeliczeniem sztukowym oraz ze składowymi produktu o innych nazwach własnych niż zawarte w SIWZ, ale spełniającymi te same funkcje? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ, cytuje: „...warstwa Dryplus...”; „...cząsteczkami CyDex...” spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe z odpowiednim przeliczeniem ilości.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 47; pozycja 1): pieluchy anatomiczne dla kobiet o długości co najmniej 37cm oraz szerokości 13cm, pakowane a'12, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 47; pozycja 1): pieluch anatomicznych dla kobiet o chłonności co najmniej 790ml?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga pieluch anatomicznych (wkładki) i dopuszcza chłonność 790 ml.

PYTANIE

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 47; pozycje: 2, 3): majtek chłonnych rekomendowanych dla osób chodzących, oddychających na całej powierzchni produktu, zbudowane z miękkiego, elastycznego materiału, które zakładane są jak zwykła bielizna czy pieluchomajtek dla osób leżących? Pragniemy

poinformować, że oba produkty są rekomendowane dla innych grup użytkowników, zatem charakteryzują się innymi składowymi produktu?

ODPOWIEDŹ

Asortyment winien być zakładany jak zwykła bielizna.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 47, pozycje: 2, 3): majtki chłonne pakowane a'30, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe z odpowiednim przeliczeniem ilości.

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,
z-ca Dyr. ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna