

Poznań, dnia 2018-02-14
EZ/350/13/2018/.....151.....

**wg rozdzielnika:
do wszystkich uczestników i zainteresowanych**

dotyczy: przetargu nieograniczonego 13/2018 zakup i dostawa artykułów z fliseliny.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m², część górna przewiewna z polipropylenu SMMS o gramaturze max. 10 g/m².

Odp. Tak, zamawiający dopuści opisaną włókninę w części bocznej, oraz oddychającą w górnej części czepka, jednak nie dopuści czepka wiazanego na troki, z możliwością wywijania.

Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy jako maskę senso ma na myśli maskę nie powodującą uczuleń tj. nie zawierającą barwników, białą (brak barwników potwierdzony oświadczeniem producenta)?

Odp. Tak, zamawiający opisując maskę chirurgiczną jako senso ma na myśli maskę, która nie powoduje uczuleń, bez żadnych barwników od strony skóry, część zewnętrzna nie przylegająca do skóry w dowolnym wzorze i kolorze.

Pakiet 1

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania czepka chirurgicznego wykonanego z włókniny wiskozowej typu Rayon (75%) oraz spoiwa polimerowego (kopolimer etylenu i octanu winylu) (25%) – pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak, dopuszcza.

Z poważaniem,
Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna