

Poznań, dn. 14.02.2018r

EZ/350/21/2018/158

Do zainteresowanych udziałem w przetargu

DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 21/2018 Użyczenie ubrań nie sterylnych i fartuchów operacyjnych sterylnych .

Wielkopolskie Centrum Onkologii iż wpłynęły pytania do ww przetargu na które zostały udzielone poniższe odpowiedzi:

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ podpunkt 7 oraz Umowy § 4 podpunkt 2.

Pytanie 1:

Ze względów bezpieczeństwa wyroby sterylne wielorazowego użytku wprowadzane są do obrotu z 6 miesięcznym terminem ważności.

Czy Zamawiający zatem dopuści dla wyrobów sterylnych okres gwarancji min. 6 miesięcy
Odp. Tak, zamawiający dopuści dla wyrobów sterylnych gwarancję 6 miesięcy.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga aby sterylne fartuchy chirurgiczne były pakowane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 868-2 i PN-EN 868-5?

Odp. Tak, zamawiający wymaga aby wyroby sterylne były pakowane zgodnie z normą PN-EN 868 2 i 5 (lub równoważne) , gdyż są to obowiązujące wymagania w zakresie materiałów i opakowań do sterylizacji.

Pytanie 3

Dotyczy Fartuchów chirurgicznych sterylnych

Sterylny fartuch chirurgiczny pakowany pojedynczo pakowany jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 868-5 lub równoważnej w opakowanie składające się z dwóch worków foliowych . Nie jest on pakowany dodatkowo próżniowo.

Próżniowo pakowane są sterylne fartuchy pakowane po 3 sztuki. W tym przypadku zgodnie z normą PN-EN 868-2 pakowane są w papier do sterylizacji oraz dodatkowo próżniowo w folię w celu zabezpieczenia zestawów na czas transportu oraz magazynowania.

Zamawiający w SIWZ zarówno dla fartuchów pakowanych pojedynczo oraz potrójnie wymaga pakowana próżniowego.

Czy Zamawiający mając powyższe na uwadze dopuszcza aby fartuch chirurgiczny pakowany pojedynczo pakowany w był w opakowanie składające się z dwóch worków foliowych w. normy PN-EN 868-5 lub równoważnej a nie był pakowany próżniowo?

Odp. Tak, dopuszcza, ale tylko w przypadku fartuchów pakowanych pojedynczo. W przypadku większej ilości fartuchów pakowanych do jednego opakowania sterylne (tj. 3) zamawiający wymaga, aby były one pakowane próżniowo.

Zamawiający modyfikuje zapis siwz w pkt. III w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego zapisu wprowadza nowy zapis w brzmieniu:

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – procedura, jak dla zamówienia publicznego poniżej 221.000 EURO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), *zwanej dalej Pzp* oraz przepisami aktów wykonawczych wydanych podstawie ww. ustaw.

Z poważaniem
Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej - Sarna