

Poznań, dnia 19.04.2018
EZ/350/48/2018/408

Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie
publiczne.nr 48/2018

dotyczy: **Zakup i dostawa sprzętu stomijnego.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż wpłynęły zapytania do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które przesyłamy odpowiedzi:

PYTANIE

Pakiet 1, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści worek stomijny z technicznym otworem
startowym w przylepcu 13 mm, przylepiec owalny do docięcia 60-80mm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Pakiet 2, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści worek stomijny z technicznym otworem
startowym w przylepcu 13 mm (docięcie w zakresie 13-60mm)?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Pakiet 3, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści worek urostomijny z technicznym
otworem startowym w przylepcu 13 mm, docięcie do 60mm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Pakiet 5, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści środek do zmywania skóry wokół stomii
w wydajnym opakowaniu jednostkowym o pojemności 50 ml, i jaką ilość sztuk
wówczas należy zaoferować?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza powyższego- zaoferowana pojemność jest za mała.

PYTANIE

Pakiet 6, pozycja 1: Jaką ilość tub pasty należy zaoferować w
przypadku produktu efektywnego kosztowo - o pojemności jednostkowej
100 g (czy mają być to 84 sztuki, by utrzymać ilość gram pasty na
poziomie 8.400 g?)

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe z odpowiednim przeliczeniem ilości zgodnie z zasadami matematyki- 84 sztuki.

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,
z-ca Dyr. ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna