

Poznań, dn. 07.05.2018r

EZ/350/46/2018/ 461

W rozdzielniku

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 46/2018 na **zakup i dostawa sprzętu medycznego sterylnego jednorazowego użytku.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii z Poznaniu odpowiada na pytania złożone do ww przetargu:

Pytanie do Pakietu nr 2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu, w którego składzie znajdują się 2 miski 250 ml plastikowe? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak, dopuści.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji piersi o składzie:

2. Serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona 150 cm x 200 cm (owinięcie zestawu) wykonanej z laminatu 2 warstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o gramaturze min. 90 g/m² w miejscu krytycznym, w kolorze aqua, 1 szt.

Odp. Nie, nie dopuści, zamawiający określił tolerancję wymiaru oraz gramaturę folii w miejscu krytycznym, a oferowane parametry nie mieszczą się w tej granicy.

3. Serweta na stolik Mayo Standard 80 cm x 145 cm w kształcie worka, złożona teleskopowo, w kolorze aqua, gramatura w obszarze krytycznym min. 90 m/g², wielkość wzmocnienia 60 x 145 cm -1 szt.

Odp. Tak , dopuści.

4. Ręcznik chłonny 30 cm x 33 cm – 4 szt.

Odp. Tak , dopuści.

5. Organizator foliowy. transparentny do materiału gazowego rozmiar 80 cm x 50 cm– 2 szt.

Odp. Tak , dopuści, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów (tj. 10 kieszonek i dwa otwory w górnej części do zawieszenia)

6. Kieszeń na narzędzia 2-komorowa w rozmiarze 43cm x 38 cm z dwoma taśmami samoprzylepnymi– 1 szt.

- Odp.** Nie, nie dopuści, kieszeń jest za szeroka (43 cm – wymagana 25 cm).
7. Taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 10 x 50 cm– 1 szt.
- Odp.** Tak, dopuści, taśma mieści się w granicy tolerancji opisanej przez zamawiającego.
8. Sterylny samoprzylepny organizator przewodów i drenów typu rzep o wymiarach 2 x 23 cm. – 1 szt.
- Odp.** Tak, dopuści, organizator mieści się w granicy tolerancji opisanej przez zamawiającego.
9. Pudełko magnetyczne do zbierania i liczenia igieł duże (z gąbką) 40 – 1 szt.
- Odp.** Tak, dopuści, pudełko mieści się w granicy tolerancji opisanej przez zamawiającego.
10. Czyściwo do koagulacji 5 cm x 5 cm – 1 szt.
- Odp.** Tak, dopuści, zamawiający właśnie takie czyściwo opisał.
11. Miska 250 ml plastikowa, niebieska ze skalą – 1 szt.
- Odp.** Tak, dopuści, zamawiający właśnie taką miskę opisał.
12. Tupfer miękki z gazy 20 nitkowej EN 14079 o wykroju ok. 47 x 40 cm , rozmiar "wielkości pięści" , tufery włożone do miski z pozycji 10 – 6 szt.
- Odp.** Tak, dopuści.
13. Bezpieczny skalpel z ostrzem numer 20 – 1 szt.
- Odp.** Tak, dopuści, zamawiający właśnie taki skalpel opisał.
14. Bezpiecznych skalpel z ostrzem numer 10 – 1 szt.
- Odp.** Tak, dopuści, zamawiający właśnie taki skalpel opisał.
15. Kleszczyki blokowane do materiału opatrunkowego , plastikowe – 2 szt.
- Odp.** Tak, dopuści, zamawiający właśnie takie kleszczyki opisał.
16. Tupfer miękki z gazy 20 nitkowej EN 14079 o wykroju 13 x 13 cm z elementem kontrastującym w promieniach RTG rozmiar "wielkości orzecha włoskiego" , zapakowany dodatkowo w papierową torebkę – 20 szt.
- Odp.** Tak, dopuści.
17. Opatrunek. 8 x 6 cm– 1 szt.
- Odp.** Nie, nie dopuści, gdyż zamawiający z w/w opisu nic nie wie o zaferowanym opatrunku a wymaga opatrunku z ew. naniesioną warstwą aluminium o działaniu bakteriostatycznym..
18. Włókninowy opatrunek do zabezpieczania ran z warstwą absorbcyjną, rozmiar 20 cm x 10 cm -1 szt.
- Odp.** Tak, dopuści, zamawiający właśnie taki opatrunek opisał.
19. Włókninowy opatrunek do zabezpieczania ran z warstwą absorbcyjną, rozmiar 10 cm x 35 cm -1 szt.
- Odp.** Tak, dopuści, zamawiający właśnie taki opatrunek opisał.
20. Serweta z tasiemką i elementem kontrastującym w promieniach RTG wykonana z gazy bawełnianej zgodnej z EN 14079, 20 nitek 4 warstwy , rozmiar po praniu wstępnym 45cmx45cm , kolor biały – 10 szt.
- Odp.** Tak, dopuści, zamawiający właśnie taką serwetę opisał.
21. Serweta operacyjna samoprzylepna 2-warstwowa wzmocniona 170 cm x 175 cm – 1 szt.
- Odp.** Nie, nie dopuści, wymiary proponowane nie mieszczą się w przedziale wymaganym przez zamawiającego oraz serweta nie posiada wymaganej łąty chłonnej, jak również opis nie zawiera informacji co do kleju na taśmach mocujących, marginesów ułatwiających odklejenie papieru zabezpieczającego.
22. Serweta operacyjna samoprzylepna 2-warstwowa wzmocniona 170 cm x 175 cm - 1 szt.
- Odp.** Nie, nie dopuści, wymiary proponowane nie mieszczą się w przedziale wymaganym przez zamawiającego opis nie zawiera informacji co do kleju na taśmach mocujących, marginesów ułatwiających odklejenie papieru zabezpieczającego.

23. Serweta operacyjna samoprzylepna 2-warstwowa wzmocniona 90 cm x 100 cm - 2 szt.

Odp. Nie, nie dopuści, wymiary proponowane nie mieszczą się w przedziale wymaganym przez zamawiającego opis nie zawiera informacji co do kleju na taśmach mocujących, marginesów ułatwiających odklejenie papieru zabezpieczającego.

24. Serweta operacyjna samoprzylepna 2-warstwowa wzmocniona 90 cm x 100 cm - 1 szt.

Odp. Nie, nie dopuści, wymiary proponowane nie mieszczą się w przedziale wymaganym przez zamawiającego, taką serwetę oferent opisał już w poz. 22, a zamawiający wymaga serwety o wym. **190 cm x 225 cm**, dodatkowo opis nie zawiera informacji co do kleju na taśmach mocujących, marginesów ułatwiających odklejenie papieru zabezpieczającego.

25. Serwety wzmocnione wykonane z laminatu 2 warstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa, gramatura materiału podstawowego min. 55 g/m² oraz łącznie min. 110 g/m² w miejscu wzmocnień?

Odp. Tak, dopuści opisany laminat, łączna gramatura spełnia wymogi opisane przez zamawiającego.

Zamawiający modyfikuje treść siwz poprzez dodanie pozycji 7 w części VII o następującej treści:

7. Pakiet 1, 2 i 3 – próbka – 1 sztuka (może być sterylna) w celu dokonania oceny jakościowej.

Powyzsza zmiana powodująca zmianę nie prowadzi do zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. leczenia

Dr n. med. J. Jerzy Mazurek