

Poznań, dn. 29.06.2018r
EZ/350/56/2018/622

Do zainteresowanych
wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 56/2018 na **zakup i dostawa sprzętu medycznego sterylnego jednorazowego użytku.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii z Poznaniu odpowiada na pytanie złożone do ww przetargu.

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wysokopróżniowy system do drenażu ran wg Redona z drenem łączonym z butelką za pomocą złącza typu Large-Lock (o identycznej budowie jak Luer-Lock, tylko większego), spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Nie, nie dopuści, zamawiający wymaga złącza typu LUER-LOCK.

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wysokopróżniowy system z ciśnieniem początkowym o nieznacznie mniejszej wartości 900 mbar?

Odp. Nie, nie dopuści, zamawiający wymaga ciśnienia początkowego 960 mbr . Zamawiającemu zależy na jak najwyższym ciśnieniu początkowym.

Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210 cm ze średnicą wewnętrzną drenu 5,6 mm?

Odp. Tak, dopuści

Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi bez pochewki na igłę biorczą?

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 11 GRUDNIA 2012r. w sprawie leczenia krwią:

Przyrządów do przetaczania krwi nie powinno rozłączać się z workiem, w związku z czym wymóg aby przyrząd posiadał pochewkę jest irracjonalny i naraża zamawiającego na prawdopodobieństwo praktyki niezgodnej z obowiązującymi przepisami:

"Składniki krwi przetacza się za pomocą **jednorazowych** sterylnych zestawów (**Art. 12. p. 6**) „Przez **jeden zestaw** można przetaczać, podczas **jednego zabiegu**, **jedną jednostkę krwi lub jej składnika**, Zestaw należy zmienić również w przypadku, gdy po zakończonym przetoczeniu podaje się płyny infuzyjne” (**Art. 12. p. 14**) oraz „Po przetoczeniu **pojemniki z pozostałością po przetoczeniu wraz z zestawami** do przetoczenia opisane nazwiskiem i imieniem pacjenta oraz datą i godziną przetoczenia należy przechować w temperaturze od 2°C do 6°C przez 72 godziny w specjalnie do tego celu przeznaczonych chłodziarce, a następnie zutylizować w sposób uniemożliwiający pozyskanie danych osobowych pacjenta przez osoby nieuprawnione.” (**Art. 12 p. 16**)

Odp. Nie zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pakiet 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny jedynie z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SIWZ?

Odp. Nie, zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje warunki zawarte w siwz.

Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków w rozmiarze 18 G - 1,2 x 30 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SIWZ?

Odp. Nie, zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje warunki zawarte w siwz.

Pakiet 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w miejsce rurki ustno gardłowej w rozmiarze Ch 2/90 mm rurkę w rozmiarze 3/90 mm?

Odp. Nie, nie dopuści, gdyż zamawiający wymaga rurki o wymiarze 2/90 a także 3/90, więc wymiana jest niemożliwa.

Pakiet 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzer z 3 otworami bocznymi o średnicy większej niż 5 mm, sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odp. Nie, nie dopuści. Z doświadczeń zamawiającego wynika, iż cewnik z otworami większymi niż 5 mm nie sprawdza się w użyciu (zapada się i wciąga jelita)

Pakiet 19 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odp. Tak, wydzieli do osobnego **pakietu nr 46.**

W związku z powyższym wartość wadium w **pakiecie 19 wynosi - 873zł.**, wartość wadium w **pakiecie 46 wynosi- 20 zł.**

Pakiet 25 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik międzyżebrowy z trokarem znakowany w odstępach co 2 cm, niekodowany kolorem według rozmiaru?

Odp. Tak, dopuści oznakowanie w odstępach co 2 cm, nie dopuści cewnika nie kodowanego kolorem wg. rozmiaru. Cewnik ten używany jest w sytuacjach nagłych i kodowanie kolorem rozmiaru znacznie przyspiesza procedurę.

Pakiet 29 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. **Nie, zamawiający nie wyraża zgody.** Zamawiający wymaga aby wyroby oferowane w pakiecie 29 były kompatybilne i pochodziły od jednego producenta.

Pakiet 29 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności 20 ml pakowane a'70 sztuk z przeliczeniem do pełnych opakowań?

Odp. Tak.

Pakiet 41

Czy Zamawiający dopuści bezpieczny, grawitacyjny przyrząd infuzyjny do przetaczania płynów/leków:

- wyposażony w Air Pass, który umożliwi wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia
- Opatentowana zastawka (pływak) umieszczona w komorze kroplowej automatycznie blokuje przepływ, zabezpiecza przedostawanie się powietrza do drenu oraz zapobiega wstęcznemu przepływowi krwi po zakończeniu infuzji
- Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką
- Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml
- Filtr zabezpieczający przed większymi cząstkami o skuteczności filtrowania 15 µm umieszczony na końcu drenu
- Miękki elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków
- Uniwersalne zakończenie Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass
- Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy
- Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów
- Niepirogenny
- Jednorazowy, sterylizowany EO
- Opakowanie: papier/folia

Odp. Nie, zamawiający nie dopuszcza proponowanego przyrządu i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 42 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m² (polipropylen o gramaturze 28g/m² + folia PE 28g/m²)

Odp. Nie, nie dopuści, wymiar znacznie odbiega od wymaganego przez zamawiającego (280 x 220 x 180 cm a wymagany 300 x 200 x 270 cm.)

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m²

Odp. Tak, dopuści.

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68g/m² (55% pulpa celulozowa + 45% poliester), adhezyjność 5N/25mm

Odp. Tak, dopuści.

1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

Odp. Nie, nie dopuści. Wymiar znacznie odbiega od wymaganego (2,5 x 30 cm)

1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m².

Odp. Zamawiający nie potrzebuje osłony na przewody i nie opisuje.

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm,

łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odp. Nie, zamawiający nie dopuści osłony Mayo w kolorze czerwonym, gdyż kolor ten jest drażniący w czasie pracy. Dotychczas stosowane powszechnie kolory dla obłożeń chirurgicznych to zielony i niebieski i takich zamawiający wymaga.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² (PE) oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Odp. Tak, dopuści.

Pakiet 43

Czy Zamawiający dopuści dren o długości ramion 450 mm x 180 mm spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Nie, nie dopuści. Proponowany wymiar znacznie odbiega od wymaganego (800 mm x 300 mm)

Przy składaniu ofert należy uwzględnić udzielone odpowiedzi i modyfikację dokonaną przez zamawiającego.

W związku z tym przesuwa się termin składania i otwarcia ofert na dzień 24.07.2018r – składanie ofert do godz. 09.00 i otwarcie ofert o godz. 10.00.

Z poważaniem
Z-ca dyrektora ds. eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna