

Poznań, dn. 11.07.2018r
EZ/350/56/2018/646

Do zainteresowanych
wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 56/2018 na **zakup i dostawa sprzętu medycznego sterylnego jednorazowego użytku.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii z Poznaniu odpowiada na pytanie złożone do ww przetargu:

Pakiet 2

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 29.06.2018 r. dotyczącej pakietu nr 2 tj. „Zamawiającemu zależy na jak najwyższym ciśnieniu początkowym”, prosimy o odpowiedź na następujące pytanie:

Pyt. 1 – Czy Zamawiający dopuści wysokopróżniowy system z ciśnieniem początkowym 980 mbr?

Odp. Tak.

Pyt. 2 – Czy Zamawiający uwzględni wyższe ciśnienie początkowe i zastosuje ocenę jakościową jako jedno z kryteriów oceny ofert?

Odp. Nie, zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania proponowanej zmiany

Z poważaniem
Z-ca dyrektora ds. eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna