

Poznań, dnia 2018-07-03
EZ/350/71/2018/.....631.....

Wg rozdzielnika

Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne

Dotyczy: Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku niesterylnego [350/71/2018]

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy niesterylnej: worek o pojemności 1500 ml, wykonany z medycznego PCV, drenu o długości 115 cm z zaciskiem przesuwным, bez kanki, z natłuszczoną końcówką drenu zabezpieczoną zatyczką? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza proponowanego sprzętu – wymaga zestawu z kanką

Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy sterylnej: worek wykonany z medycznego PCV, drenu 150 cm z zaciskiem przesuwным, bez kanki, końcówka drenu zabezpieczona zatyczką, skala linearna co 100 ml, cyfrowa co 200, dwa otwory do zawieszenia, wyposażony w zastawkę antyzwrotną?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza proponowanego sprzętu – wymaga zestawu z kanką

Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy, dren długości 145 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza długość drenu 145 cm z zachowaniem pozostałych parametrów jak w specyfikacji.

Pakiet 2 Dren balonowy

Czy Zamawiający dopuści: Wąż z PCV z balonowymi wypukleniami w odstępach co 100 cm, niesterylny, długości 30m x 7 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

ZMIANA TERMINÓW

Zamawiający ustala nowe terminy postępowania:

- **Termin składania ofert do dnia 10/07/2018 do godz. 09:00**
- **Termin otwarcia ofert w dniu 10/07/2018 o godz. 10:00**

Z poważaniem,
inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych

