

Poznań, dnia 2018-07-26

EZ/350/72/2018/.....682.....

Wg rozdzielnika

Do wszystkich uczestników i zainteresowanych

Dotyczy: Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych klasycznych i laparoskopowych [350/72/2018]

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

Pakiet nr 2

Poz.1) Uchwyt zintegrowany z łyżkami do haka z poz.2-5.

Poz.2) łyżka o wym. części roboczej 90x24mm.

Poz.3) łyżka o wym. części roboczej 90x30mm.

Poz.4) łyżka o wym. części roboczej 115x24mm.

Poz.5) łyżka o wym. części roboczej 150x36mm.

Poz.6) Znacznik otoczki sutka Solz śr.36mm.

Poz.7) Znacznik otoczki sutka Solz śr.40mm.

Poz.8) Znacznik otoczki sutka Solz śr. 42mm.

Poz.9) Znacznik otoczki sutka Solz śr. 45mm.

Poz.10) Szpatała o części roboczej 90x25mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.11) Szpatułka o wym. części roboczej 110x26mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie, zamawiający nie dopuści proponowanych wymiarów narzędzi zgodnie z p. 3 wymogów technicznych, odnoszącym się do całego pakietu (poszczególne pozycje pakietu Nr 2 stanowią zestaw narzędzi pracujących łącznie) tj. „ Nie dopuszcza się tolerancji w rozmiarach długości, (...) ze względu na kompatybilność z posiadanym instrumentarium” . Dodatkowo wymiary większości pozycji (2, 3, 4, 5, 6, 7, 9) znacznie odbiegają od wymaganych przez zamawiającego, nawet o ponad 60 %. W poz. 1 oferent nie podał długości proponowanego uchwytu i zamawiający nie może się ustosunkować do zapytania.

Pakiet nr 3

Poz.6) Kleszcze o szer. części roboczej 9mm i dł. 160mm, pozostałe parametry bez zmian lub kleszcze o szer. części roboczej 11mm i dł. 200mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie, nie dopuści. Zamawiający określił w tabeli wymogów dodatkowych, dla pakietu 3, tolerancję wszystkich rozmiarów narzędzi, w zależności od długości tj. do 15 cm +/- 5 %, pow. 15 cm +/- 3%, a proponowane przez oferenta parametry nie mieszczą się w tych granicach.

Poz.9) Zestaw haków Baby Roux o dł. 14,15 i 16,5cm, końcówka robocza haka o wym. 15x15mm i 18x21mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, dopuści proponowane długości haków, nie dopuści końcówki roboczej 15 x 15 mm, gdyż nie mieści się w granicach tolerancji.

Poz.10) Hak o wym. 9x28mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, dopuści.

Poz.13) Haczyk o dł. 125mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający właśnie takiego haczyka oczekuje o dł. 12,5 cm.

Poz.15) Haczyk o dł. 160mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, dopuści

Poz.16) Hak o dł. 300mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, dopuści

Poz.17) Hak o dł. 330mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, dopuści.

Poz.21,22) Pęseta tytanowa, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, dopuści.

Poz.25) Mikropęseta o dł. 105mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, dopuści.

Poz.26) Pęseta o dł. 100mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, dopuści.

Poz.36) Nożyczki o dł. 105mm lub 115mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, dopuści dł.115 mm.

Poz.37) Nożyczki o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, dopuści

Poz.39) Pęseta o dł. 125mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, dopuści

Poz.43) Pęseta o dł. 110mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie, nie dopuści, proponowany wymiar nie mieści się w określonej przez zamawiającego granicy tolerancji.

Poz.45) Zacisk o dł. części roboczej 11mm, dł. całkowita 3,5cm.

Odp. W przypadku zacisku naczyniowego typ buldog Diffenbach nie określa się długości części roboczej, gdyż z konstrukcji narzędzia wynika proporcja części roboczej do długości całkowitej narzędzia. Zamawiający wymaga narzędzia o dł. całkowitej 3,5 cm.

Poz.46) Zacisk o dł. części roboczej 14,5mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, dopuści

Poz.46) Czy Zamawiający wymaga zacisk do żył czy do tętnic?

Odp. Zamawiający wymaga zacisku żylnego.

Poz.47) Raspator o szer. 12mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, dopuści

Z poważaniem,
