

Poznań, dnia 06.01.2009 r.

EZ/...../2009

**Wg rozdzielnika
Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 1/2009 – sprzęt i urządzenia medyczne.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

TREŚĆ PYTANIA:

pakiet nr 3. Zamawiający w pakiecie nr 3 umieszcza zapis "ergometr z elektromagnetycznym systemem hamowania" a opis przedmiotu zamówienia wskazuje na rower rehabilitacyjny z magnetycznym systemem hamowania. Czy Zamawiający wymaga roweru rehabilitacyjnego z magnetycznym systemem hamowania czy ergometru z elektromagnetycznym systemem hamowania? lub Czy Zamawiający dopuści rower rehabilitacyjny z magnetycznym systemem hamowania?

ODPOWIEDŹ:

Specyfikacja Zamawiającego zawiera błąd.

W pakiecie nr 3 - w opisie technicznym urządzenia - w pkt. 6 winno być: „Elektromagnetyczny system hamowania”. (skreśla się zapis: ~~„Magnetyczny system hamowania”~~)

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna