

Poznań, dnia 2018-10-09  
EZ/350/ 91/2018/...968.....

## **Wg rozdzielnika**

### **Do wszystkich uczestników i zainteresowanych**

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego 91/2018 - zakup i dostawa nici chirurgicznych i staplerów.*

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na które udzielamy odpowiedzi

#### **Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne niewchłaniające, jednowłóknowe, polipropylenowe bez kontrolowanego rozciągania i plastycznego odkształcania?

**Odp. Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga aby szwy posiadały wszystkie opisane przez zamawiającego właściwości.**

#### **Pakiet 1, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 8 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Nie, nie dopuści zgodnie z p. 3 kryteriów dla nici chirurgicznych.**

Z poważaniem,  
inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych