



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 10.05.2019
EZ/350/29/2019/297.....

Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne nr
29/2019

dotyczy: **Zakup i dostawa nici, staplerów i klipsownic**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż koryguje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie pakietu nr 13- prawidłowy opis znajduje się w załączniku do niniejszego pisma.

W związku z powyższym aktualne są odpowiedzi z dnia 06.05.2019r. na EZ/350/29/2019/285, które przytoczone zostają poniżej:

PYTANIE

dotyczy pakietu 13, pozycja 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 13 w pozycji 1 szwu niebarwionego.

ODPOWIEDŹ

W związku z korektą pakietu przez zamawiającego pytanie wydaje się być nieaktualne.

PYTANIE

dotyczy pakietu 13, pozycja 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 13 w pozycji 3 szwu w kolorze fioletowym.

ODPOWIEDŹ

W związku z korektą pakietu przez zamawiającego pytanie wydaje się być nieaktualne.

PYTANIE

dotyczy pakietu 13, pozycja 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 13 w pozycji 4: szew z igłą okrągłą 1/2 koła 26 mm z nitką 4-0 o długości 45 cm w kolorze fioletowym.

ODPOWIEDŹ

W związku z korektą pakietu przez zamawiającego pytanie wydaje się być nieaktualne.

Zamawiający informuje, iż w dniu 15.04.2019 pismem EZ/350/29/2019/246 skorygował pakiet nr 18 (omyłkowo w tabeli podano pakiet nr 19).

W związku z korektą zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Składanie ofert do dnia 21.05.2019r. do godz. 08.00

Otwarcie ofert w dniu 21.05.2019 o godz. 12.00

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszej korekty.

Z poważaniem,
z-ca Dyr. ds. ekonomicznych



mgr inż. Magdalena Kraszewska

Opracował: Sylwia Krzywiak, Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel. 061 8850 644, zaopatrzenie@wco.pl

Pakiet nr 13

Szew wchtalnialny, zbudowany z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu posiadający haczyki, skierowane w jednym kierunku, niebarwiony lub fioletowy. Brak konieczności wiązania węzłów. Wytrzymałość na rozciąganie: 7 dni – 90%, 14 dni – 75%. Okres wchtłaniania: 90 – 110 dni.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
LP.	NAZWA Iglta/nić/kolor/rozmiar	j.m.		ilość szacunkowa na rok		nazwa handlowa	nazwa producenta+ kod EAN	cena jednostkowa netto (zł)	wartość jednostkowa VAT (zł)	cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość całkowita netto (zł)	wartość całkowita VAT (zł)	wartość całkowita brutto (zł)
1.	1/2 koła, 26mm okragła /45cm/fioletowa/2/0/	Op=1szt		180 szt.									
2.	1/2 koła, 30mm okragła /23cm/fioletowa/2/0/	Op=1szt		600 szt.									
3.	1/2 koła, 24mm odwrotnie tnąca /45cm/niebarwiona/3/0/	Op=1szt		60 szt.									
4.	1/2 koła, 24mm odwrotnie tnąca /45cm/niebarwiona/4/0/	Op=1szt		60 szt.									
5.	1/2 koła, 26mm okragła /23cm/fioletowa/3/0/	Op=1szt		60 szt.									
6.	1/2 koła, 37mm okragła /23cm/fioletowa/2/0/	Op=1szt		120 szt.									

Wymagania do pakietu

opakowanie sterylizacyjne : aluminiowa saszetka

pełna identyfikacja tj. nazwa handlowa, USP, dł. l krzywizna igły, rodzaj ostrza, dł. nitki , nr ref, lot, data przydatności do użycia na każdym

etapie otwarcia informacja na opakowaniu sterylizacyjnym na temat sposobu sterylizacji oraz daty ważności i latwość otwarcia: banderola na opakowaniu transportowym

Wymagane oświadczenie dotyczące dostarczenia wszelkich niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodność oferty z wymogami SIWZ na każde wezwanie Zamawiającego. W przypadku braku informacji wynikających ze złożonych dokumentów w/w oświadczenie musi być dodatkowo potwierdzenie przez Wytwórcę oferowanego sprzętu medycznego.

Zestawienie parametrów podlegających ocenie w ramach kryterium walory użytkowe

parametry:

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | – Stabilność igły w imadle (weryfikacja na podstawie próbek) | 10 pkt. |
| | | 0 pkt. |
| 2. | Wytrzymałość igły (nie łamie się, nie wygina, weryfikacja na podstawie próbek) | 10 pkt. |
| | | 0 pkt. |
| 3. | Wytrzymałość nitki na zrywanie (weryfikacja na podstawie próbek) | 10 pkt. |
| | | 0 pkt. |
| 4. | Trwale połączenie igły z nitką (weryfikacja na podstawie próbek) | 10 pkt. |
| | | 0 pkt. |
| 5. | Atraumatyczne połączenie igły z nitką (nitka całkowicie wypełnia łożę po | 10 pkt. |
| | | 0 pkt. |

W celu oceny wymagane próbki

- poz. 2 i poz. 4 – po jednej saszetce, oraz

- całe oryginalne opakowanie dowolnej pozycji do zwrotu – w celu oceny parametrów wymagalnych

.....,dn.....

Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy