

Poznań, dnia 05.02.2009.
EZ/863/1/ 2009

Wg rozdzielnika do wszystkich zainteresowanych przetargiem
nieograniczonym nr 15/2009

Dotyczy: Dostawa regałów metalowych dla Centralnej Sterylizacji

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

Proszę o dodatkowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia(przetarg na regały metalowe 15/2009). Czy regały powinny być skręcane czy mogą być spawane w całości? Czy można otrzymać dodatkowe zdjęcia, rysunki obrazujące szczegóły konstrukcji, czy prowadnice powinny być wykonane z płaskowników, czy kątowników?

ODPOWIEDŹ

Dodatkowy opis regałów:

Prowadnice do koszy sterylizacyjnych wykonane z kątowników , na końcu zabezpieczone przed wypadnięciem kosza z tyłu regału , prowadnice wypolerowane aby kosz sterylizacyjny dobrze jeździł , kątowniki powodują ograniczenie z boku co będzie zabezpieczać przed wypadnięciem kosza z torów , regały mają być spawane , pod półką główną powinny być profile wzmacniające , aby półka nie ugięła się pod wpływem ciężaru , wykonane ze stali nierdzewnej - w pomieszczeniu jest umiarkowana wilgotność powstająca z gorącego - wyjmowanego z autoklawu materiału.

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna