



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 27.11.2019
EZ/350/102/2019/.....746.....

Wg rozdzielnika:

do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.nr 102/2019

dotyczy: Zakup i dostawa rękawiczek diagnostycznych

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż koryguje treść pisma z dnia 22.11.2019 nr EZ/350/102/2019/739 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 2- korekta omyłki pisarskiej w zakresie podanej kategorii rękawiczek.
Prawidłowy opis winien brzmieć:

Pakiet nr 2

Rękawice diagnostyczne nitrylowe inny niż czarny i czerwony, produkowane bez substancji mogących powodować podrażnienia skórne. Niechlorowane, nieposiadające białka, glutenu. Rękawice z dodatkową teksturą na palcach, AQL $\leq 1,5$, grubość na palcu 0,1+/- 0,02. Rękawice zgodne z normami: EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III Typ B zgodnie z EN ISO 374-1:2016, EN 420, EN ISO 374-1,-5, EN 374-2-4, ASTM D 6978, EN 16523-1 lub równoważną. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 16523-1 : min. 3 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 2 poziomie, odporne na działanie substancji chemicznych zg. z ISO 374-1 - Typ B. Odporne na przenikanie cytostatyków przez co najmniej 30 min (min 10 leków wg normy EN 374 lub ASTM D 6978 , w tym Winkrystyny, Etopozydy i Metotrexatu). Badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 lub EN ISO 374-5: 2106 . Rozmiary oznaczone na min. 5- ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Rozmiary według potrzeb zamawiającego: XS do XL. Po 100 szt lub inne. z przeliczeniem ilości rękawic.
Ilość - 82500 opakowań /a 100 sztuk w opakowaniu

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,
z-ca Dyr. ds. ekonomicznych

mgr inż. Magdalena Kraszewska

Opracował: Sylwia Krzywiak, Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel. 061 8850 644, zaopatrzenie@wco.pl