

Poznań, dn. 23.04.2020r

EZ/350/14/2020/215

Do zainteresowanych
udziałem w przetargu

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu informuje, iż koryguje niniejszym odpowiedź na pytania nr 27 podane w piśmie z dn. 02.04.2020 nr EZ/350/14/2020/181, tj.:

Było:

27. Pakiet 46 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści objętość wypełnienia 0,4 ml, czas stosowania 300 aktywacji przez 96 godzin?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

Jest:

27. Pakiet 46 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści objętość wypełnienia 0,4 ml, czas stosowania 300 aktywacji przez 96 godzin?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ

Dokonyje się poprawienia omyłki pisarskiej w pakiecie 3 poz. 2 dot. ilości sztuk w opisie poprzez wykreślenia wpisanej tam ilości 4000szt. Poprawna ilość wynosi 4500szt.

Wkłady jednorazowe do kontrastu.

~~4.000 szt.~~

Jednorazowy, sterylny zestaw do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Solaris MRI – komplet, który składa się z:

* 1 x wkład o pojemności 115ml

* 1 x wkład o pojemności 65ml

* 1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 250cm i wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI z trójnikiem Y wyposażonym w jedną zastawkę antyzwrotną, gdzie długość ramion trójnika Y jest odpowiednio dla odgałęzienia po stronie kontrastu +/- 8cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl +/- 15cm.

* 2 x ostrze typu „Spike” o długości 33 mm i 21 mm

Zestawy wolne od ftalanów (wymagane oświadczenie)

Na każdym pojedynczym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Instrukcja stosowania w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy.

Zamawiający wymaga złożenia 2 szt. próbek.

Zamawiający odpowiada na pytania

Pakiet 34 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści płytkę tytanową 12 otworową, pozostałe cechy bez zmian?

Odp. Tak, dopuści.

Pakiet 34 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści płytkę tytanową 20 otworową, o grubości 0,9mm?

Odp. Tak, dopuści.

W związku z powyższym zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień

04.05.2020r – składanie ofert do godz. 8.00 i otwarcie ofert o godz. 12.00

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych

/-/ mgr inż. Magdalena Kraszewska