

Poznań, dnia 17-02-2009 r.
EZ/.....1130/1...../2009

**Wg rozdzielnika:
do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne.**

Dotyczy: Przetarg nieograniczony nr 17/2009 sprzęty i urządzenia medyczne

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż dokonuje się korekty zapisów pisma z dnia 17.02.2009 r. nr EZ/1130/2009 (odpowiedzi na pytania).

Nastąpiło przekłamanie spowodowane błędem pisarskim, za które przepraszamy.

Korekta polega na tym, iż:

na str. 6 w pkt. 8 jest:

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny którego długość oparcia pleców wynosi 900 mm? Powyższy parametr w niewielkim stopniu odbiega od podanego w specyfikacji i nie ma wpływu na walory użytkowe. Odpowiedź: proponowana wysokość oparcia pleców jest za mała. Na fotelu tym będą wykonywane zabiegi trwające długi czas (45-60 min) i dlatego fotel ma spełniać funkcje również komfortu i wygody dla pacjentki - proponowana wys. 800 mm jest zbyt mała. Wymagana wys. 930 mm.

na str. 6 w pkt. 8 winno być:

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny którego długość oparcia pleców wynosi 900 mm? Powyższy parametr w niewielkim stopniu odbiega od podanego w specyfikacji i nie ma wpływu na walory użytkowe. Odpowiedź: proponowana wysokość oparcia pleców jest za mała. Na fotelu tym będą wykonywane zabiegi trwające długi czas (45-60 min) i dlatego fotel ma spełniać funkcje również komfortu i wygody dla pacjentki - proponowana wys. 900 mm jest zbyt mała. Wymagana wys. 930 mm.

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna