



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 2020-05-11
EZ/350/33/2020/.....252

Wg rozdzielnika

Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne

Dotyczy: Modernizacja myjek endoskopowych firmy Belimed i dostosowanie ich do systemu dozowania środka na kwasie nadctowym wraz z walidacją systemu dozowania oraz dostawą środków chemicznych. [350/33/2020]

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

Dotyczy zapisów SIWZ:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji, gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

ODPOWIEDŹ: Tak.

2. Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem walidacji Zamawiający ma na myśli wykonanie walidacji instalacyjnej obejmującej sprawdzenie poprawności dostosowanego systemu dozowania i ustawionych programów zgodnie z wytycznymi producenta.

ODPOWIEDŹ: Tak, zamawiający w ofercie oczekuje potwierdzenia walidacji instalacyjnej, obejmującej sprawdzenie poprawności dostosowanego systemu dozowania do zaleceń producenta oraz ustawienia dozowania oferowanych środków.

Dotyczy Umowy:

3. § 2 ust. 3a) Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wyznacza maksymalny czas na wykonanie modernizacji – walidacji i dostosowania systemu parametrów

ODPOWIEDŹ: Zamawiający określił w specyfikacji, iż walidacja ma nastąpić przy pierwszej dostawie. Precyzując zamawiający określa walidację na 1 dzień roboczy tzn., iż w przypadku dostawy serwisant dokonuje walidacji do końca następnego dnia roboczego do godz. 15.00

4. § 2 ust. 5 Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wskazując, że umowa może zostać przedłużona o 9999 miesięcy?


ODPOWIEDŹ: Tak poprawia się omyłkę w zapisie umowy § 2 ust. 5

Jest: Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania niniejszej umowy, o kolejne 9999 miesięcy, począwszy od końcowego dnia okresu, na który zawarta została niniejsza umowa, wskazanego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy z zachowaniem tych samych warunków, w przypadku, gdy ilość Przedmiotów umowy wskazana w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zostanie wyczerpana w okresie, na który zawarta została niniejsza umowa, wskazanym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. Okres obowiązywania niniejszej umowy w tych pakietach nie może łącznie przekroczyć 48 m-cy od dnia jej zawarcia.

Winno być: Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania niniejszej umowy, o kolejne 12 miesięcy, począwszy od końcowego dnia okresu, na który zawarta została niniejsza umowa, wskazanego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy z zachowaniem tych samych warunków, w przypadku, gdy ilość Przedmiotów umowy wskazana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zostanie wyczerpana w okresie, na który zawarta została niniejsza umowa, wskazanym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. Okres obowiązywania niniejszej umowy w tych pakietach nie może łącznie przekroczyć 48 m-cy od dnia jej zawarcia.

Pozostałe zapisy specyfikacji bez zmian.

Z poważaniem,
Wojewódzkie Centrum Onkologii
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr inż. Magdalena Kraszewska