



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 25.05.2020
EZ/350/34/2020/.....³¹¹.....

Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne nr
34/2020
dotyczy: **Zakup i dostawa audiometru klinicznego**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

PYTANIE

Pytanie 1. Dot. Załącznik nr 6 do siwz, Specyfikacja audiometru, Pkt. 11.
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z tonem pulsującym o czasie trwania 0,2s?

ODPOWIEDŹ

Tak

PYTANIE

dot. Załącznik nr 6 do siwz, Specyfikacja audiometru, Pkt. 16
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zewnętrznym głośnikiem odsłuchowym?

ODPOWIEDŹ

Nie

PYTANIE

dot. Załącznik nr 6 do siwz, Specyfikacja audiometru, pkt. 17
Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez Połączenia LAN Ethernet

ODPOWIEDŹ

Nie

PYTANIE

dot. Załącznik nr 6 do siwz, Specyfikacja audiometru, pkt. 20
Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez testu Langenbeck?

ODPOWIEDŹ

Nie

PYTANIE

Dot. Załącznik nr 6 do siwz, Specyfikacja audiometru, Pkt. 21
Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez funkcji MHA (master hearing aid)?

ODPOWIEDŹ

Tak

PYTANIE

dot. Załącznik nr 6 do siwz, Specyfikacja audiometru, pkt. 23
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z oprogramowaniem w języku angielskim?
Uzasadnienie: Wkrótce będzie dostępna polska wersja oprogramowania. Wykonawca
zapewni bezpłatną aktualizację języka.

ODPOWIEDŹ

Nie

PYTANIE

Dot. Załącznik nr 6 do siwz, Specyfikacja audiometru, Pkt. 24.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wewnętrzną bazą wyników dla 100 pomiarów?

ODPOWIEDŹ

Tak

PYTANIE

Dot. Załącznik nr 6 do siwz, Specyfikacja audiometru, Pkt. 26.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z menu ekranowym w języku angielskim?

Uzasadnienie: Wkrótce będzie dostępna polska wersja menu ekranowego. Wykonawca zapewni bezpłatną aktualizację języka.

ODPOWIEDŹ

Nie

PYTANIE

Dot. Załącznik nr 6 do siwz, Specyfikacja audiometru, Pkt. 27.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 7,7 kg?

ODPOWIEDŹ

Tak

Tympanometr:

PYTANIE

Dot. Załącznik nr 6 do siwz, Specyfikacja tympanometru, Pkt.1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z tonami 226, 678, 1000 Hz \pm 1% bez tonu 800Hz?

Uzasadnienie: W zamian proponujemy tympanometr wyposażony w funkcję multifrequency

Uzasadnienie: Tony 226, 678, 1000Hz są wystarczające do przeprowadzenia pełnej diagnostyki ucha środkowego.

ODPOWIEDŹ

Tak

PYTANIE

Dot. Załącznik nr 6 do siwz, Specyfikacja tympanometru, pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości doinstalowania modułu tympanometrii zabawowej dla dzieci?

ODPOWIEDŹ

Tak

PYTANIE

Dot. Załącznik nr 6 do siwz, Specyfikacja tympanometru, Pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez funkcji audiometru tonalnego?

ODPOWIEDŹ

Tak, pod warunkiem zapewnienia zastępczego audiometru przy serwisowaniu audiometru głównego

Uzasadnienie: Zamawiający dokonuje również zamówienia na osobny audiometr więc prawdopodobnie funkcja audiometrii tonalnej w tympanometrze nie będzie już potrzebna.

PYTANIE

Załącznik nr 6 do siwz, Specyfikacja tympanometru, Dot. Pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z bezprzewodową drukarką kompatybilną z oferowanym urządzeniem?

Uzasadnienie: Oferowany tympanometr posiada przycisk „Print”, umożliwiający szybki wydruk badania na bezprzewodowej drukarce. Do oferowanej drukarki nie jest potrzebny

specjalistyczny drogi papier termiczny, który generuje koszty materiałów zużywalnych, tylko zwykłe kartki A4.

ODPOWIEDŹ

Tak, pod warunkiem możliwego zapisu wyniku w bazie NOAH

PYTANIE

Załącznik nr 6 do siwz, Specyfikacja tympanometru, dot. Pkt. 20.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z osobnym modułem testującym do szybkiej weryfikacji kalibracji?

Uzasadnienie: Osobny moduł testujący do kalibracji działa w identyczny sposób jak moduł wbudowany. Zachowana jest ta sama ergonomia pracy.

ODPOWIEDŹ

Tak

PYTANIE

Załącznik nr 6 do siwz, Specyfikacja tympanometru, dot. Pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z modułem pomiarowym w języku angielskim, a nie w języku polskim?

Uzasadnienie: Producent urządzenia obecnie pracuje nad polską wersją modułu pomiarowego. Wykonawca zapewnia darmową aktualizację języka w późniejszym czasie.

ODPOWIEDŹ

Nie

PYTANIE

Załącznik nr 6 do siwz, Specyfikacja tympanometru, dot. Pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z menu w języku angielskim?

Uzasadnienie: Producent urządzenia obecnie pracuje nad polską wersją menu. Wykonawca zapewnia darmową aktualizację języka w późniejszym czasie.


ODPOWIEDŹ

Nie.

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomicznych



Mgr inż. Magdalena Kraszewska

