



# wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań  
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48  
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 28.05.2020  
EZ/350/34/2020/.....*324*.....

Wg rozdzielnika:  
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.nr  
34/2020  
dotyczy: **Zakup i dostawa audiometru klinicznego**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

#### PYTANIE

W tabelach specyfikacji technicznej urządzeń przy trzech parametrach (wyszczególnionych  
poniżej) nie ma wyrazu "TAK" w kolumnie trzeciej "Parametr wymagany". Czy zatem  
parametry te są wymagane?

Audiometr - pkt 21 (Funkcja MHA)

Tympanometr - pkt 15 (Możliwość doinstalowania modułu dla dzieci) oraz pkt. 16 (Funkcja  
audiometru tonalnego)

#### ODPOWIEDŹ

W kolumnie "Parametr wymagany" wszędzie powinno być zaznaczone "TAK". Tylko w pkt.  
21 (MHA) pole zostało wolne z uwagi na fakt, że ten parametr nie jest obligatoryjny.

#### UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w  
specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,  
Z-ca Dyr. ds. ekonomicznych

*(Signature)*  
Mgr inż. Magdalena Kraszewska

---

Opracował: Sylwia Krzywiak, Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel. 061 8850 644, zaopatrzenie@wco.pl