



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 2020-07-21

EZ/350/56/2020 ... 492

Wg rozdzielnika - do zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 56/2020 Zakup i dostawa sprzętu medycznego niesterylne

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż udziela odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 1 przyrządu do objętościowych ćwiczeń oddechowych o pojemności 4000 ml; wyskalowany z dokładnością do 250 ml; wyposażony w podwójny, krążkowy i trójkulkowe wskaźniki potwierdzające prawidłową technikę ćwiczenia; z rozciągliwą rurką łączącą i ustnikiem; jednorazowego użytku.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści objętościowy przyrząd do ćwiczeń oddechowych o pojemności maksymalnej 5000 ml, wyskalowany z dokładnością, co 300 ml (do 1200 ml), co 400 ml (do 2000 ml), co 500 ml (do 5000 ml), wyposażony w indykatory wizualizujące prawidłową technikę ćwiczenia, lekki, przezroczysty i podręczny (dwa uchwyty po bokach), z ustnikiem, bez zawartości ftalanów i lateksu, jednorazowego użytku? Zamawiający korzysta obecnie z takiego rozwiązania bez zastrzeżeń.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą, co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku, wymiary ok. 35 cm dł. x 16,5 cm szer.?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem,


mgr inż. Magdalena Kraszewska
Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych