

## wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań  
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48  
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 19.11.2020  
EZ/350/79/2020/...753.....

Wg rozdzielnika:

do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.nr  
79/2020

dotyczy: **Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Patologii Nowotworów**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

### PYTANIE

Pakiet 1, Poz.1

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o poj. 60 ml (wys.63 mm, śr.dolna 35,3 mm, górna  
38,4mm). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

### ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe.

### PYTANIE

Pakiet 1, Poz.2

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o poj. 250 ml (wys. 98 mm, śr. 64mm) Pozostałe  
parametry zgodne z SIWZ.

### ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe.

### PYTANIE

Pakiet 1. Poz.3

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o poj. 520 ml i wymiarach wys. 116mm, śr. górna: 94mm,  
dolna: 73mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

### ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe.

### PYTANIE

Pakiet 1, Poz.4

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o poj. 1200ml i wymiarach wys. 126,5 mm, śr górna :132  
mm, dolna: 105 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

### ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe.

### PYTANIE

Pakiet 1, Poz.5

Prosimy o dopuszczenie pojemnika prostokątnego o wymiarach dł. 285mm x szer. 197mm x  
wys. 119mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

### ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Pakiet 1, Poz.6

Prosimy o dopuszczenie pojemnika prostokątnego o wymiarach dł. 371mm x szer. 239mm x wys. 208mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Pakiet 1, Poz.7

Prosimy o dopuszczenie wiadra plastikowego z tworzywa PP: 10,6 L okrągłe, białe. Średnica dolna - 251 mm, średnica górna – 289 mm, ze szczelną białą przykrywą z PP.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Dotyczy pakietu nr 2 – Szafy do archiwizacji szkiełek Ilość 6 sztuk

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szaf, które nie posiadają certyfikatu CE/IVD? Standardowo systemy do archiwizowania preparatów mikroskopowych oferowane do zakładów patomorfologii nie są objęte deklaracją CE/IVD i są objęte stawką VAT 23%.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

PYTANIE

Dotyczy pakietu nr 2 – Szafy do archiwizacji szkiełek Ilość 6 sztuk

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poszczególnych modułów o następujących wymiarach, z założeniem pełnej kompatybilności z systemami do archiwizowania, które są na wyposażeniu zakładu:

1. podstawa do modułowego systemu archiwizowania szkiełek mikroskopowych o wymiarach: 485 mm×480 mm×76 mm ± 5 mm
2. pokrywa do modułowego systemu archiwizowania szkiełek mikroskopowych oraz bloczków parafinowych: 485 mm×480 mm×26 mm ± 5 mm
3. moduł do archiwizowania szkiełek mikroskopowych, ilość szuflad: 14 szt. o wymiarach:  
485mm×480 mm×146 mm ± 5 mm

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, pod warunkiem, że wszystkie elementy będą kompatybilne z posiadanymi szafami.

Jednocześnie Zamawiający koryguje zapis Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opisu w pakiecie nr 2 ( Zamawiający uzupełnia opis posiadanych szaf)

Prawidłowy opis winien brzmieć:

Pakiet nr 2 – Szafy do archiwizacji szkiełek  
Ilość 6 sztuk

Szafy muszą posiadać certyfikat IVD.

Szafy muszą być skonstruowane w sposób modułarny, każda zawierając podstawę, pokrywę i 9 modułów do przechowywania szkiełek.

Moduły do przechowywania szkiełek muszą mieć 14 szufladek.

Szafa robiona z stali malowana proszkowo.

Gwarancja na 2 lata od daty instalacji.

Sprzęt musi być w 100% kompatybilny z istniejącymi szafami ( Zamawiający posiada szafy typu: typu "ProPath" lub "Istoglas "Pathosolutions")

Wymiary: Podstawa 480-485mm x 480-485mm x 70mm. Przykrywa: 480-485mm x 180-485mm x 25-30mm. Moduły: 480-485mm x 480-485mm x 150 mm. Szufladki 475mm x 30-32mm x 110mm.

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:


Składanie ofert do dnia 26.11.2020 do godz. 09.00

Otwarcie ofert w dniu 26.11.2020 o godz. 10.00

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,  
Z-ca Dyr. ds. ekonomicznych



Mgr inż. Magdalena Kraszewska

le