



## wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań  
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48  
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 2020-12-14

EZ/350/95/2020/.....<sup>834</sup>

Wg rozdzielnika

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego 95/2020 Zakup i dostawa rękawic diagnostycznych i okularów z przyłbicą ochronną**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji, na które udzielamy odpowiedzi:

**1. PAKIET 1.pyt.1.**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych rękawic diagnostyczno-ochronnych, bezpudrowe, nitylowe. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,09 mm, grubość na dłoni min. 0,07 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 10 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków w tym Oxaliplatyna i Gemzar). Ochrona przed Carmustine min. 20 min. ochrona przed Thiotepa min. 50 min. Przydatne do kontaktu z żywnością (produkowane z zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004, badania na uwalnianie nitrozamin). Brak akceleratorów wykrywalnych w badaniach. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie dopuszcza proponowanego wyrobu nie wyraża zgody na proponowane parametry:

- 0,09 mm grubości na palcu – grubość na palcu wg siwz wymagana jest 0,12 mm +/- 0,01 mm.
- siła zrywu winna być min 9N, a nie jak proponowana >6,5N.

Zamawiający przedłuża terminy postępowania:

- **Termin składania ofert do dnia 22/12/2020 do godz. 09.00**
- **Termin otwarcia ofert w dniu 22/12/2020 o godz. 10.00**

Z poważaniem,

Wielkopolskie Centrum Onkologii  
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr inż. Magdalena Kraszewska

Kierownik Działu  
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Marcin Schneider

Opracował: Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, Katarzyna Witkowska tel. 61/ 88 50 643 fax ...698 zaopatrzenie@wco.pl