

wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 09.02.2021
EZ/350/101/2020/...*130*.....

Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne nr 101/2020
dotyczy: Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

Pakiet 1, poz. 1.5

Ze względu na zakończenie produkcji filtra mechanicznego Hygroster Mini, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o poniższych parametrach:

Filtr oddechowy mechaniczny z odrębną warstwą celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci - masa 49 g

- zakres objętości oddechowej 300-1500 ml
- przestrzeń martwa 96 ml
- skuteczność filtracji 99,9999%
- wydajność nawilżania dla VT500 – 34 mg/IH₂O
- hydrofobowa, plisowana wkładka mechaniczna
- utrata wilgoci 6 mg/l
- sterylne, pakowane pojedynczo.

Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności.

Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

Zamawiający nie wymaga w SIWZ powyższych dokumentów.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego filtra. Wymaga bowiem skuteczności filtracji 99,999999%.

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.


Składanie ofert do dnia 19.02.2021 do godz. 08.00

Otwarcie ofert w dniu 19.02.2021 o godz. 12.00.

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,


Z up. Dyrektora
Razomocnik
Dyrektora ds. Klinicznych
dr n. med. S. Mazurek

Opracował: Sylwia Krzywiak, Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel. 061 8850 644, zaopatrzenie@wco.pl

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Marcin Schneider