



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48

dyrektor 61 885 07 00
Poznań, dnia 11.02.2021

EZ/350/101/2020/.....137.....

Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne nr 101/2020
dotyczy: Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż koryguje treść odpowiedzi z dnia 09.02.2020 nr EZ/350/101/2020/130 .
Poniżej prawidłowa treść odpowiedzi

PYTANIE

Pakiet 1, poz. 1.5

Ze względu na zakończenie produkcji filtra mechanicznego Hygroster Mini, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o poniższych parametrach:

Filtr oddechowy mechaniczny z odrębną warstwą celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci - masa 49 g

- zakres objętości oddechowej 300-1500 ml
- przestrzeń martwa 96 ml
- skuteczność filtracji 99,9999%
- wydajność nawilżania dla VT500 – 34 mg/lH₂O
- hydrofobowa, plisowana wkładka mechaniczna
- utrata wilgoci 6 mg/l
- sterylne, pakowane pojedynczo.

Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności.

Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

Zamawiający nie wymaga w SIWZ powyższych dokumentów.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuści, pod warunkiem zaoferowania filtra z celulozową warstwą wymiennika ciepła i wilgoci, o masie 30-53g, z przestrzenią martwą zawartą pomiędzy 65 a 96ml, z wydajnością nawilżania minimum 32mg/l H₂O pod warunkiem utrzymania skuteczności filtracji 99,999999%.

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,
z-ca Dyr. ds. ekonomicznych

mgr inż. Magdalena Kraszewska

Opracował: Sylwia Krzywiak, Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel. 061 8850 644, zaopatrzenie@wco.pl

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia