

# wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań  
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48  
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 2021-01-26

EZ/120/2020/...GA.

## Wg rozdzielnika

Dotyczy: 120/2020 zakup i dostawa szkiełek podstawowych do badań i kasetek histopatologicznych.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

### 1. Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie **ceny jednostkowej za 1 szt.** wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

**ODPOWIEDŹ: Nie, zamawiający nie wyraża zgody – oferta winna zawierać kwotę z dwoma miejscami po przecinku.**

### 2. Pytanie nr 2

Prosimy o modyfikację zapisów § 7 ust. 1-4 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**ODPOWIEDŹ: Nie, zamawiający nie widzi konieczności dokonywania zmian w umowie.**

### 3. Pytanie nr 3

*Dotyczy wzoru umowy*

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

**ODPOWIEDŹ: Nie, zamawiający nie widzi konieczności dokonywania zmian w umowie.**

### 4. Pytanie nr 4

**Pakiet 1, pkt 5**

Zgodnie z normą ISO 8037-1:1996 pkt 3.1.3 grubość mikroskopowych szkiełek podstawowych powinna mieścić się w przedziale:  $s = [1,1]_{(-0,2)}^{(+0,1)}$  mm. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje szkiełek podstawowych o grubości zgodnej z normą ISO 8037-1:1996 tj. 0,9 – 1,2 mm.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaferowania szkiełek o grubości 1,1 mm, zgodnie z standardem ISO.** Przytoczona w pytaniu formuła określa tolerancję a nie różnicę grubości. Oczekujemy zaferowania szkiełek o grubości od 1,0 do 1,1 mm wg. określonego

Opracował: Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, Katarzyna Witkowska tel. 61/ 88 50 643 fax ...698 zaopatrzenie@wco.pl

standardu, zachowując tolerancję +/- 0,1mm. Nie dopuszczamy szkiełek o grubości poniżej 1mm, ani nie powyżej 1,1 mm z uwagi na to, iż w efekcie końcowym niektóre pojedyncze szkiełka zdarzają się [mogą być] jeszcze cieńsze lub grubsze, czego Zamawiający nie dopuszcza.

#### 5. Pytanie nr 5

##### Pakiet 1, pkt 6

Prosimy o doprecyzowanie, jakie konkretnie właściwości musi spełniać szkło, aby Zamawiający uznał je za szkło białe. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga, aby szkiełka były wykonane ze szkła o obniżonej zawartości tlenku żelaza  $Fe_2O_3 \leq 0,03$ .

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, którego szkło ma mieć parametry:, co najmniej 72%  $SiO_2$ , nie więcej niż 0,05%  $Fe_2O_3$ , i nie może być widocznie zielone. Zamawiający dopuszcza szkło o jeszcze mniejszej [jak podano powyżej] zawartości  $Fe_2O_3$ .

#### 6. Pytanie nr 6

##### Pakiet 1, pkt 8

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga szkiełek z krawędziami szlifowanymi, które są zalecane do diagnostyki ze względów bezpieczeństwa, zgodnie z normą ISO 8037-2 pkt 4.4. Wg norma 8037-2: 1997, szkiełka mają mieć "finished edges", czyli "krawędzie wykończone".

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania produktu wg określonej normy. Szkiełka używane w szpitalu nie mogą być nieprawidłowo obrobione "with unfinished edges (as cut) ,, , czyli "niewykończone (jak po cięciu)".

Zamawiający dopuszcza inny sposób wykończenia niż szlifowanie - jednakże inne wykończenie winno być zgodne z standardem.

#### 7. Pytanie nr 7

##### Pakiet 2, pkt 8

Prosimy o dopuszczenie kasetek o wymiarach otworów 1,6 x 1,6 mm.

**ODPOWIEDŹ:** Nie, zamawiający nie dopuszcza innych otworów niż w opisie specyfikacji. Z doświadczenie Zamawiający posiada wiedzę, że otwory o wymiarach 2 x 2 mm są optymalne.

#### 8. Pytanie nr 8

##### Pakiet 2, pkt 7

Prosimy o dopuszczenie kasetek o wadze 2,3 g bez przykrywki.

**ODPOWIEDŹ:** Nie. Zamawiający ustalił tolerancję 2,4 - 2,5 g.

#### 9. Pytanie nr 9

##### Pakiet 2, pkt 7


Prosimy o dopuszczenie kasetek o wadze ok. 2 g bez przykrywki.

**ODPOWIEDŹ:** Nie. Zamawiający ustalił tolerancję 2,4 - 2,5 g.

10. Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego treści udzielonych odpowiedzi do SIWZ i o nadanie im tym samym charakteru wiążącego dla wszystkich podmiotów biorących udział w tym postępowaniu.

**ODPOWIEDŹ:** W trakcie oceny ofert, oferta będzie oceniana na podstawie wymagań specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi.

Z poważaniem,

  
-----  
Wielkopolski Instytut Technologii  
Z-...  
mgr inż. Magdalena Kraszevska