



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 2021-01-25

EZ/350/121/2020/ 84

Wg rozdzielnika: do uczestników i zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 121/2020 Zakup i dostawa szkiełek, medium, odczynników, nożyków, tuszy, ostrzy i drobnego sprzętu dla Zakładu Patologii.

Wielkopolskie Centrum Onkologii odpowiada na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie: Prosimy o informację, szkiełek podstawowych, o jakich krawędziach (ciętych czy szlifowanych pod kątem 90') wymaga Zamawiający? Pytanie dotyczy: Pakietu 1.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania szkiełek o krawędziach np. szlifowanych. Według wymaganego standardu ISO, szkiełka używane w szpitalu muszą mieć krawędzie wykończone w taki sposób (np. szlifowane), aby nie były ostre jak po cięciu. Kąt - Tak, wyrazamy zgodę na kąt 90°.

Z poważaniem,

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych


mgr inż. Magdalena Waszevska

Opracował: Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, Katarzyna Witkowska tel. 61/ 88 50 643 fax ...698 zaopatrzenie@wco.pl

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

 Marcin Schneider