

Poznań, dnia 16-04-2009

EZ/ ...2255/1... /2009

Wg rozdzielnika:

Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 35/2009 – środki dezynfekcyjne.

Odpowiedzi na pytania.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

Pytanie dot. pakietu nr IV

Czy zamawiający dopuści produkt posiadający pozwolenie na obrót produktem kosmetycznym wydanym przez Krajowy Rejestr Informowania o Kosmetykach wprowadzonym do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- zgodnie z wymogami art. 8 pkt.5 Ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o Kosmetykach Dz.U. Nr 42/2001, poz. 473 oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2004 r. oraz posiadający Atest PZH, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby produkt były wyrobem medycznym, gdyż będzie używany do czyszczenia i dezynfekcji aparatury i sprzętu medycznego . Zamawiający nie dopuszcza w pakiecie IV produktów kosmetycznych.

Z poważaniem,
inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych