

Poznań, dnia 08.05.2009.
EZ/2747/1/ 2009

Wg rozdzielnika do wszystkich zainteresowanych przetargiem
nieograniczonym nr45/2009

Dotyczy: **Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, sterylnego.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety? . W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy na każdy pakiet osobno.

PYTANIE

Do projektu umowy:

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści **§2, ust. 4, pkt. a** „sukcesywnie w terminie..... dni roboczych od dnia złożenia zamówienia telefonicznie lub faxem” na zapis „ sukcesywnie w terminie dni roboczych od dnia złożenia zamówienia telefonicznie (potwierdzone faxem) lub faxem”.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

PYTANIE

Do projektu umowy:

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści **§ 5, ust. 1, pkt. c** „nieuzasadnionego zerwania umowy, wysokość kar umownych stanowić będzie: - 5% wartości netto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy (...)” na zapis „nieuzasadnionego zerwania umowy, wysokość kar

umownych stanowić będzie: - 5% niezrealizowanej części umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy (...)"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę powyższego zapisu.

PYTANIE

Pakiet VIII, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łączników oddechowych typu martwa przestrzeń o długości 15 cm lub 21 cm.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza martwa przestrzeń o długości 21 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ. Nie dopuszcza się łączników oddechowych mikrobiologicznie czystych.

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna