

Poznań, dnia 17.06.2009.
EZ/3044/1/ 2009

Wg rozdzielnika do wszystkich zainteresowanych przetargiem nieograniczonym
nr 46/2009

Dotyczy: **Zakup, dostawa i montaż aparatu rtg z torem wizyjnym i systemu radiografii cyfrowej.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w poniższym zakresie.

Punkt A.8. Maksymalna szybkość pochylenia stołu – było: 6°/sec, **ma być: ≥ 6°/sec**

Punkt A.12. Obciążenie blatu – było $\geq 200\text{kg}$ – **ma być: $\geq 186\text{kg}$ dla każdej pozycji blatu**

Punkt D.9. Zakres czasu ekspozycji – było 1ms – 3s, **ma być: $\geq 1\text{ms} - 3\text{s}$**

Punkt F.4. Zakres kątów – było: 8° - 40°, **ma być: $\geq 8^\circ - 40^\circ$**

Punkt I.1. Moc generatora – było 65kW, **ma być: $\geq 65\text{kW}$**

z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna