



Poznań, dn. 27.05.2009 r.

Protestujący: OK Medical Systems Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Ul. Piątkowska 161
60-650 Poznań
Faks: (061) 848 36 81

Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Onkologii
Ul. Garbary 15
61-866 Poznań
Faks: (061) 885 06 43

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i montaż aparatu RTG i systemem radiografii cyfrowej, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2009/S 91-131062 w dniu 13.05.2009 r. (sprawa:46/2009)

dot. pakiet nr 1 – uniwersalny system rentgenowski składający się z aparatu zdalnie sterowanego do radiografii i fluoroskopii typu telekomando oraz stanowiska do radiografii cyfrowej (detektor płaski) dedykowany do badań płuc.


PROTEST

Działając na podstawie art. 180 ust. 1 i 3 w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) – zwaną dalej ustawą Pzp, OK Medical Systems Sp z o.o. Sp. komandytowa niniejszym wnosi protest wobec czynności podjętych przez Zamawiającego – Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, polegających na wadliwym sporządzeniu postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej SIWZ), a w szczególności na:

- opisie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję

Zarzucam zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 2, art. 29 ust. 2 ustawy Pzp i wnoszę o:

Włona Stapiarzynska
Kierownik Działu
Marketingu i Przetargów



Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Piątkowska 161, 60-650 Poznań
tel. 061 848 36 80, NIP 781-177-46-96

- uwzględnienie protestu w całości
- dokonanie modyfikacji wskazanych zagadnień na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w sposób wskazany przez protestującego.

Oprotestowana czynności, o których mowa powyżej naruszają zasady udzielania zamówień publicznych, w wyniku, czego interes prawny protestującego doznał uszczerbku wskutek utraty możliwości uzyskania przedmiotowego zamówienia, obarczając niniejsze postępowanie wadą prawną uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy na podstawie art. 146 ust.1 pkt.5 i 6 ustawy Pzp.

O okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia protestu Protestujący powziął wiadomość w dniu 13.05.2009 r. – dzień zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i publikacji SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego, zatem protest składamy w przewidzianym w ustawie terminie.

UZASADNIENIE

Zamawiający w dniu 13.05.2009 r. zamieścił na swojej stronie internetowej www.wco.pl treść SIWZ dotyczącą przedmiotowego postępowania.

W zakresie opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia z naruszeniem art. 29 ust. 2 ustawy Pzp używając określeń wskazujących na jednego producenta. Oznacza to, że tylko jeden wykonawca może złożyć ważną ofertę w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający w załącznikach nr 3 do SIWZ opisał warunki graniczne w sposób wskazujący na jednego producenta aparatów rentgenowskich – firmę GE Healthcare (dystrybutor Promed S.A.) i aparaty **Precision RXi i Definium 6000**

W ocenie protestującego Zamawiający poprzez wprowadzone zapisy spowodował, że inni wykonawcy mogący zaoferować konkurencyjny cenowo i równorzędny jakościowo (a nawet lepszy) sprzęt nie będą mogli złożyć oferty w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ oferta ta zostałaby przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Reasumując powyższe okoliczności, opis przedmiotu zamówienia wskazujący w sposób wyraźny na rozwiązania techniczne stosowane przez firmę GE Healthcare, służy jedynie ograniczeniu konkurencji i wyłączeniu z niniejszego postępowania innych dostawców mogących zaoferować wysokiej klasy aparaty innych producentów z rozwiązaniami technologicznymi umożliwiającymi osiągnięcie porównywalnych, a nawet lepszych efektów w zakresie diagnostyki. Podkreślić należy zatem fakt, iż Zamawiający formułując zapisy SIWZ w powyższy sposób świadomie podjął działanie zmierzające do ograniczenia liczby wykonawców i traktując na uprzywilejowanej pozycji jednego producenta. Dla wnoszącego

Iwona Stoperzyńska
Kierownik Działu
Marketingu i Pizenargów

OK Medical Systems
Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Piątkowska 161, 60-650 Poznań
tel. 061 848 36 80, NIP 781-177-46-96

protest jest oczywistym, iż wspomnianym działaniem Zamawiający w sposób rażący naruszył art. 7, art. 22 ust. 2 ustawy Pzp a także art 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Parametrami wskazującymi na aparat Precision RXi są:

Lp.	Warunki wymagane	Parametr graniczny Wymagana odpowiedź	Oferowany parametr lub funkcja (wypełnia wykonawca)	Punktacja
	Aparat zdalnie sterowany do radiografii i fluoroskopii (typu telekomando)			
A	Stół do zdjęć i prześwietleń			
2.	Szerokość blatu stołu	≥ 700 mm	Parametr ten spełnia aparat Precision RXi, którego szerokość blatu wynosi 74 cm	730 mm=0 pkt >730 mm=5 pkt
9	Zakres przesuwu wzdłużnego	$\geq +860$ mm/ - 150 mm	Parametr ten spełnia aparat Precision RXi, którego zakres przesuwu wzdłużnego wynosi 101 cm Wnosimy o wykreślenie powyższego parametru i dopuszczenie do przetargu aparatu bez ruchu wzdłużnego stołu, lecz z ruchem wzdłużnym realizowanym przez kolumnę, która porusza się względem blatu. Protestujący wskazuje, iż takie rozwiązanie nie jest mniej korzystne dla Zamawiającego, a wręcz przeciwnie zwiększa komfort badania pacjenta	Bez oceny
B.	Kolumna lampy			
5	Odległość blat stołu - film	≤ 80 mm	Wnosimy o modyfikację powyższego parametru na ≤ 84 mm. Różnica 4 mm nie ma znaczącego wpływu na jakość wykonywanych badań.	80 mm = 0 pkt < 80 mm = 5 pkt
D.	Generator			
9.	Zakres czasu ekspozycji	1 ms - 3 s	Wnosimy o modyfikację powyższego parametru na ≥ 1 ms-3s Protestujący wskazuje, iż określenie zakresu czasu ekspozycji na poziomie 1 ms-3s jest niezasadne i wyklucza z postępowania wykonawców mogących wykazać się większym zakresem czasu ekspozycji	Bez oceny

Iwona Stopierzyńska
Kierownik Działu
Marketingu i Przetargów

OK Medical Systems
Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Piątkowska 161, 60-650 Poznań
tel. 061 848 36 80, NIP 781-177-46-96

G.	Tor wizyjny			
3	Maksymalna rozdzielczość wzmacniacza – centralnie	≥ 70 pl/cm	Wnosimy o modyfikacje powyższego parametru na ≥ 68 pl/cm Protestujący wskazuje, że różnica jest minimalna i dla ludzkiego oka niewykrywalna z poziomu obrazu wyświetlanego na monitorze	Bez oceny

Stanowisko do radiografii cyfrowej (detektor płaski) dedykowany do badań płuc
Załącznik nr 3 do SIWZ

Rozdział J, pkt. 6 – System zawieszenia sufitowego z ekranem dotykowym LCD

Wnosimy o modyfikacje powyższego parametru i dopuszczenie możliwości zaoferowania zawieszenie sufitowego bez ekranu dotykowego na kołpaku lampy, lecz z wyświetlaczem LCD parametrów takich jak kąt pochylenia lampy, odległość SID, pole pokrycia promieniowaniem. Wymóg możliwości zmiany parametrów na ekranie przy kolimatorze takich jak kv i mAs, ruch wzdłużny lampy i komunikatów o błędach jest niezasadny, gdyż technik nawet będąc w sterowni podczas badania nie jest w stanie na małym ekranie przy lampie odczytać tych parametrów bądź ich zmienić. Parametry te i tak są dublowane i wyświetlane w sterowni na konsoli operatora, gdzie w trakcie badania znajduje się technik.

Ekran dotykowy nie ma wpływu na komfort pracy i jej szybkość, wręcz przeciwnie może spowolnić pracę. Technicy zazwyczaj korzystają z pulpitu w sterowni i tam zamawiający może dodatkowo jako wymóg postawić warunek dostarczenia panelu typu touch screen nawet 15".

Mając powyższe na względzie wnosimy o uwzględnienie wniesionego protestu w całości i modyfikację oprotestowanych zagadnień na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w sposób wskazany przez protestującego.

Z poważaniem,

Iwona Stoperzyńska
Kierownik Działu
Marketingu i Przetargów

OK Medical™
Systems
Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Piątkowska 161, 60-650 Poznań
tel. 061 848 36 80, NIP 781-177-46-96

Załączniki:

1. Aktualny odpis z KRS
2. Pełnomocnictwo



Poznań, dnia 4 maja 2009 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu **OK Medical Systems Sp. z o. o. Sp. komandytowa** z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 161, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000245006, zwaną dalej „Mocodawcą”, reprezentowaną przez **Marcina Adamczaka – Wiceprezesa Zarządu Medical Systems Sp. z o. o., jedyne go komplementariusza OK Medical Systems Sp. z o. o. Sp. komandytowa**, niniejszym udzielam:

Pani **Iwonie Stopierzyńskiej** Kierownikowi Działu Marketingu i Przetargów, legitymującej się dowodem osobistym nr AKI 331063, zamieszkałej w Poznaniu przy ulicy Racjonalizatorów 4/3

pełnomocnictwa rodzajowego do samodzielnego reprezentowania OK Medical Systems Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w zakresie wszelkich spraw związanych z:

- 1) procesem ofertowania lub
- 2) udziałem Spółki we wszelkich postępowaniach przetargowych, w tym również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.),

a w szczególności do:

- uczestniczenia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
- składania w imieniu wszelkich oświadczeń woli,
- podpisywania i składania wszelkich dokumentów, w tym również o charakterze informacyjnym,
- podpisywania i składania ofert handlowych oraz wszelkich dokumentów przetargowych,
- potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów (w tym podmiotowych) dołączanych do ofert,
- wglądu w dokumentacje przetargowe,
- podpisywania, składania wyjaśnień oraz uzupełniania treści ofert przetargowych,
- wnoszenia protestów, odwołań i skarg, także przystępowania do postępowań protestacyjnych lub odwoławczych,
- dokonywania wszelkich innych czynności faktycznych lub prawnych, jakie okażą się niezbędne w zakresie spraw objętych niniejszym pełnomocnictwem

na warunkach i według uznania pełnomocnika.

Pełnomocnictwo upoważnia również do ustanawiania w granicach niniejszego umocowania dalszych pełnomocników do dokonywania poszczególnych czynności.

OK MedicalTM
Systems

Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Piątkowska 161, 60-650 Poznań
tel. 061 848 36 80, NIP: 781-177-46-96

Pełnomocnictwo ważne jest do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Iwona Stopierzyńska
Kierownik Działu
Marketingu i Przetargów

Marcin Adamczak
Wiceprezes Zarządu
Medical Systems Sp. z o.o.

MEDICAL SYSTEMS Sp. z o.o.
ul. Piątkowska 161, 60-650 Poznań
NIP: 781-17-62-894, tel. 061 84 83 680