

Poznań, dnia 13-07-2009

EZ//2009

**Wg rozdzielnika
Do wszystkich zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 60/2009 – strzykawka automatyczna.

WYBÓR OFERT.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej na dostawę strzykawki automatycznej do pracowni rezonansu magnetycznego została wybrana oferta najkorzystniejsza wg poniższego zestawienia.

Nr oferty	Nazwa wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Ocena wg kryterium cena 100%
1	Covidien Polska Sp z o.o. Al. Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa	64500,00	69015,00	Oferta odrzucona <i>Podst. prawna art. 89 ust.1 pkt.2). PZP Uzasadnienie poniżej:</i>
2	Ekomed Sp z o.o. ul. Lotewska 17/01 03-918 Warszawa	90000,00	96300,00	100 Oferta wybrana

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty: treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty: W uzasadnieniu odrzucenia oferty firmy Covidien Zamawiający informuje, iż w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagano dostarczenia strzykawki dwugłowicowej o objętości dla środka kontrastowego 60 ml i o objętości dla soli fizjologicznej co najmniej 100 ml.

Według oferty firmy Covidien oferowany sprzęt posiada objętości maksymalne dla środka kontrastowego i dla soli fizjologicznej 60 ml – tym samym nie spełnia wymaganych parametrów technicznych – punkt 1 specyfikacji str. 24 w zał. nr 6.

Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu zasilanego bateryjnie wraz z kompletem akumulatorów i ładowarką. Firma Covidien proponuje rozwiązanie niekorzystne według Zamawiającego, czyli system zasilany bezpośrednio ze źródła napięcia 220V – tym samym nie spełnia warunków – punkt 1 specyfikacji str. 24 w zał. nr 6.

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia o ciśnieniu granicznym 325 PSI – Oferujący nie spełnia wymogów proponując ten parametr na poziomie 200 PSI – punkt 7 specyfikacji str. 25 w zał. nr 6.

W związku z powyższym oferta firmy Covidien jako nie spełniająca w 3 punktach wymogów określonych w SIWZ nie może być rozpatrywana jako oferta zgodna z wymaganiami technicznymi Zamawiającego

Wpłynęły 2 oferty odrzucono 1 ofertę.

Dziękujemy za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Wybranego Oferenta – Wykonawcę prosimy o przygotowanie umowy wg wzoru zawartego w specyfikacji.

Umowa dostępna także na wniosek wysłany na emailto: sylwia.krzywiak@wco.pl
zaopatrzenie@wco.pl

Data zawarcia umowy zostaje wyznaczona na dzień 21-07-2009 r.

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna