

Poznań, dnia 15.06.2009.

EZ/3585/ 2009

Wg rozdzielnika do wszystkich zainteresowanych przetargiem nieograniczonym nr 60/2009

Dotyczy: Zakup i dostawa strzykawki automatycznej do pracowni rezonansu magnetycznego

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego automatyczny wstrzykiwacz dwugłowicowy Optistar LIEBEL-FLARSHEIM Company a division of Tyco Healthcare UK LTD o określonych poniżej parametrach technicznych?

Lp.	PARAMETR/WARUNEK		
1	Głowica wstrzykiwacza dostosowana do podawania środka cieniującego i soli fizjologicznej	Tak	
2	Panel programowania parametrów związanych z podawaniem kontrastu (typu ilość, ciśnienie, prędkość) i sterowania z nastawami	Tak	
3	Niezbędne okablowanie	Tak	
4	Statyw jezdny	Tak	
5	Możliwość napełnienia wkładów ręcznie bez konieczności użycia aparatu. (np. w pomieszczeniu przygotowawczym)	Tak	
6	Regulowana prędkość przepływu w zakresie (strona środek cieniujący) wkłady 10/15/20/30 ml	Minimum 0,1 do 8,0 ml /sek.	
7	Regulowana prędkość przepływu w zakresie (strona środek cieniujący) wkłady 60 ml	Minimum 0,1 do 10,0 ml/sek.	
8	Regulowana prędkość przepływu w zakresie (strona soli fizjologicznej) 60 ml	Minimum 0,1 do 8,0 ml sek.	
9	Programowany limit ciśnienia (strona środka kontrastowego) wkłady - 60 ml	20-150 PSI	
10	Programowany limit ciśnienia (strona środka kontrastowego) wkłady - 10/15/20/30 ml	20-200 PSI	
11	Programowany limit ciśnienia (strona soli fizjologicznej) przy wkładzie 60 ml	do 150PSI	
12	Opóźnienie skanowania	0 do 60 sek.	
13	2 fazy	Tak	
14	Pamięć protokółów	minimum 15	
15	Wykorzystanie wkładów jednorazowych o pojemności 60 ml oraz wstępnie napełnionych środkiem cieniującym 10/15/20/30 ml	Tak	
16	Kolorowy ekran dotykowy	Tak	
17	Zasilanie z sieci bez dodatkowego źródła akumulatorowego	Tak	

ODPOWIEDŹ

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w siwz określił precyzyjnie parametry urządzenia jakie jego zdaniem najbardziej odpowiadają jego potrzebom medycznym. Jeżeli urządzenie oferowane przez firmę Covidien nie spełnia określonych w siwz parametrów technicznych, tym samym nie może być brane przez Zamawiającego pod uwagę w rozpatrywaniu ofert.

Z poważaniem,