

Poznań, dnia 09-06-2009
EZ/ ...3441/1.... /2009

Wg rozdzielnika:

Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 54/2009 – opatrunki.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

UWAGA:

Zamawiający wymaga termin realizacji 4 dni robocze.
Zamawiający koryguje błąd na str. 2 w pkt 9 .

Jest : 9, Wymagany termin realizacji dostawy zamówienia – ~~3 dni~~ *3 dni robocze od momentu* złożenia zamówienia faxem lub telefonicznie - *warunek bezwzględny.*

Winno być: 9. Wymagany termin realizacji dostawy zamówienia – *4 dni robocze od momentu* złożenia zamówienia faxem lub telefonicznie - *warunek bezwzględny.*

PYTANIE

Pakiet nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, poz. 2 siatki do naprawy przepuklin wykonane ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie o grubości 0,39mm, gramaturze 50g/m² oraz wymiarze 10x15cm nie powleczone silikonem? ODPOWIEDŹ: TAK.

Pakiet nr 6 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, poz. 1 i 2 siatki przepuklinowe polipropylenowe monofilamentowe, częściowo wchłanialne, powleczone wchłanialnym związkem kwasu poliglikolowego / kaprolactonu (PGACL), czas absorpcji części wchłanialnej 90-120 dni, gramatura po wchłonięciu 28 g/m², wielkość porów 2-4mm, grubość siatki 0,55mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. ODPOWIEDŹ: TAK.

Pakiet nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7, poz. 1 siatki przepuklinowe polipropylenowe monofilamentowe, częściowo wchłanialne, powleczone wchłanialnym związkem kwasu poliglikolowego / kaprolactonu (PGACL), czas absorpcji części

wchłanianej 90-120 dni, gramatura po wchłonięciu 28 g/m², wielkość porów 2-4mm, grubość siatki 0,55mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. ODPOWIEDŹ: TAK.

Pytanie: dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 8 :

1. pozycja nr 1 siatek o wymiarach 8 x 13 cm lub 10 x 16
2. pozycja nr 2 siatek o wymiarach 8 x 13 lub 10 x 16 cm
3. pozycja nr 3 siatek o wymiarach 10 x 16 cm lub 15 x 15 cm

ODPOWIEDŹ: j/n

1. pozycja nr 1 wymiar 8 x 13 cm TAK wymiar 10 x 16 NIE
2. pozycja nr 2 wymiar 8 x 13 TAK wymiar 10 x 16 cm NIE
3. pozycja nr 3 wymiar 10 x 16 cm TAK wymiar 15 x 15 cm NIE

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Dot. pakietu nr 5

Czy zamawiający dopuści w pozycji nr 1 siatke o rozmiarach 15 cm x 8 cm?

Odpowiedź : TAK

Czy zamawiający dopuści w pozycji nr 1 siatke o rozmiarach 15 cm x 25 cm?

Odpowiedź : TAK

Dot. pakietu nr 8

Czy zamawiający dopuści w pozycji nr 1 rozmiar siatki 30,5 cm x 30,5 cm?

Odpowiedź : TAK

Dot. pakietu nr 9

Czy zamawiający dopuści w pozycji nr 2 rozmiar opatrunku 7,5 cm x 10,5 cm?

Odpowiedź : TAK

Dot. pakietu nr 10

Czy zamawiający dopuści w pozycji nr 3 rozmiar opatrunku 7,5 cm x 10,5 cm?

Odpowiedź : TAK

Czy zamawiający w pozycji nr 4 miał na myśli rozmiar opatrunku 5 cm x 1,25 cm?

Odpowiedź : TAK

Z poważaniem,

Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna