

Poznań, dnia 02-07-2009  
EZ/ ...../2009

**Wg rozdzielnika**  
**Do wszystkich zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 61/2009 –Zakup i dostawa odczynników (kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych) do badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemiczno-immunochemicznego i zastępczego analizatora biochemicznego

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytania:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie badań Ca 72-4, S-100, Prokalcytonina na zewnątrz jednostki a całkowity koszt wykonania tych badań będzie ujęty w formularzu cenowym oferty.?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora biochemiczno-immunochemicznego (system zintegrowany) o wydajności w części biochemicznej 400 testów fotometrycznych i 400 ISE na godzinę, a w części immunochemicznej 100 testów/h?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowane aparatu zastępczego w części biochemicznej o wydajności 400 testów na godzinę i 400 ISE?
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie oznaczenia (Odczyn Kiłowy), w części immunochemicznej analizatora metodą chemiluminescencji?
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji z 3 na 5 dni od złożenia zamówienia?
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy analizatora z 7 na 21 dni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedzi:

Ad.1:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie badań CA 72-4 i S-100 na zewnątrz jednostki, przy zagwarantowaniu dostarczenia wyników w czasie do 48 godz. od pobrania materiału.

Ze względu na konieczność bieżącego dostępu do oznaczeń prokalcytoniny w celu szybkiego wykluczenia bądź potwierdzenia sepsy Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie oznaczeń prokalcytoniny na zewnątrz jednostki.

Ad.2:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad.3:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie aparatu zastępczego w części biochemicznej o wydajności 400 testów na godzinę i 400 ISE.

Ad.4:

Zamawiający wyraża zgodę.

Ad.5:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad.6:

Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem,