

Poznań, dnia 30-06-2009  
EZ/.....6766/3...../2009

**Wg rozdzielnika**  
**Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne**

Dotyczy: Przetarg nieograniczony nr 65/2009 – sprzęt i urządzenia medyczne.

Wielkopolskie Centrum uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

**Pytania i odpowiedzi:**

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie I wózek w całości wykonany ze stali kwasoodpornej OH 18N9?

Ad. 1. w pakiecie nr I - Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany wózek w całości wykonany ze stali - w uzasadnieniu wyjaśniamy, iż jest on wówczas zbyt ciężki. Należy złożyć ofertę wg parametrów określonych w specyfikacji.

-----

2. Czy zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie II wózek w całości wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH 18N9?

Ad. 2. Tak, w pakiecie nr II wózek może być w całości wykonany ze stali kwasoodpornej.

-----

3. Czy zamawiający wymaga w pakiecie II aby dwie półki w wózku były wyjmowane?

Ad. 3. Tak, w pakiecie nr II wózek może mieć (nie musi) dwie półki wyjmowane.

-----

4. Czy zamawiający dopuści zaferowanie w pakiecie V kozetkę lekarską o kacie uniesienia podgłówka 0-28 stopni?

Ad. 4. Tak.

-----

5. Czy zamawiający dopuści zaferowanie w pakiecie V kozetkę lekarską o wymiarach (dłxszxwys) 1950x650x700?

Ad. 5. Kozetka lekarska w pakiecie nr V - dopuszcza się dł. 1950, dopuszcza się szer. 650; jednak nie dopuszcza się wys. 700 – jest to wysokość za duża – zamawiający dopuszcza jedynie wys. 600 (600 jest to wys. razem z materacem).

Z poważaniem,