

Poznań, dnia 01-07-2009

EZ/.....6766/4...../2009

Wg rozdzielnika
Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne

Dotyczy: Przetarg nieograniczony nr 65/2009 – sprzęt i urządzenia medyczne.

Wielkopolskie Centrum uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie:

Pakiet 3. Wózek wielozadaniowy 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek wielozadaniowy:

- z płyty laminowanej w kolorze jasnoszarym (krawędzie zabezpieczone plastikiem)
- z 3 przestrzeniami o wymiarach: 600x400x316 mm, wszystkie zamykane jednoskrzydłowymi drzwiami
- z pojedynczym stelażem do worków
- blat z płyty laminowanej z 3-stronna galeryjką o wysokości 95 mm
- 4 kółka samonastawne o średnicy 125 mm



Na zdjęciu model EW 402 z dwiema obręczami na worki

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany wózek. Nie dokonuje zmian w zapisach wymogów technicznych.

Wózek ma posiadać określone przez zamawiającego wymiary przestrzeni. Proponowane przestrzenie są zbyt małe. Wózek ma przeznaczenie do bielizny i w większe przestrzenie można włożyć większą jej ilość.

Drzwi mają być podwójne, a nie pojedyncze. Z uwagi na użytkowanie, z podwójnymi drzwiami wózek jest bardziej wygodny, mobilny, zabiera mniej przestrzeni przy otwieraniu.

Z poważaniem,
