

Poznań, dnia 07-07-2009

EZ/...6766/8.../2009

**Wg rozdzielnika
Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne**

Dotyczy: Przetarg nieograniczony nr 65/2009 – sprzęt i urządzenia medyczne.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi .

Pytania i odpowiedzi do pakietu 6.

1. Czy wagi mają posiadać kalibrację wewnętrzną ?
odp. Tak

2. Jaka ma być wielkość szalki wagi?
odp. Między 18 x 18 cm i 22 x 22 cm.

3. Czy podana dokładność ma być dokładnością odczytową czy legalizacyjną?
odp. Odczytową .

4. Czy max obciążenie może być 4100 g?
odp. Nie - za mało.

5. Czy dokładność odczytowa dla wagi 6000g może być 0,1g?
odp. Tak.

6. Czy dokładność odczytowa dla wagi może być 2g?
odp. Nie.

UWAGA!

Ponadto koryguje się odpowiedzi na pyt. z dnia 3.7.2009 nr EZ/6766/6/2009.

W pyt. 3 - dopuszcza się **klapę** stelaża pedałowego zarówno wykonaną **ze stali** jak i wykonaną **z tworzywa**.

Z poważaniem,
