

Poznań, dnia 03-09-2009  
EZ/ ....4308/5..... /2009

**Wg rozdzielnika:  
Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne.**

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 73/2009 – NICI CHIRURGICZNE.

### **Odpowiedzi na pytania.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż Zamawiający otrzymał pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

#### **PYTANIA:**

1. Czy Zamawiający zaakceptuje nici wchłaniane, syntetyczne, dwuskładnikowe – polimer kwasu glikolowego i mlekowego, jednobarwne wchłaniające się w ciągu 54-70 dni , zachowujące około 75% podtrzymywania tkankowego po 14 dniach?
2. Czy zamawiający ze względu na obszerność katalogu wyrazi zgodę na dołączenie do oferty poszczególnych kart katalogowych z zaferowanym materiałem szewnym

#### **ODPOWIEDZI:**

Ad.1. TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Ad.2. Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty poszczególnych kart katalogowych z zaferowanym materiałem szewnym. Jednocześnie wg zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający prosi o przesłanie oryginalnego katalogu z oferowanymi produktami jako dokumentu potwierdzającego zgodność oferty z zapotrzebowaniem. Po zakończonym postępowaniu przetargowym Zamawiający zobowiązuje się odesłać oryginalny katalog.

W/w katalog prosimy przesłać w kopercie z zaznaczeniem: „ Dz. Zamówień publicznych pokój 028 I p. – KATALOG DO PRZETARGU 73/2009”.

---

#### **Uwaga:**

Zamawiający dokonuje zmian terminów postępowania. Ustala się:

- **Termin składania ofert do dnia 28.09.2009 r. do godz. 9.00**
- **Termin otwarcia ofert w dniu 28.09.2009 r. o godz. 10.00**

Z poważaniem,  
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna