

Poznań, dnia 28-09-2009  
EZ/ ....4308/8..... /2009

**Wg rozdzielnika:**  
**Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne.**

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 73/2009 – NICI CHIRURGICZNE.

### **Odpowiedzi na pytania.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż Zamawiający otrzymał pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi.

## **Pytania i odpowiedzi:**

### **Pytania do pakietu nr 1**

- Czy zamawiający w pozycji nr 11 dopuści igłę o długości 36 mm?

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza w pozycji nr 11 igłę o długości 36 mm oraz podtrzymuje pozostałe zapisy siwz

- Czy Zamawiający w pozycji nr 12 dopuści igłę o długości 36 mm i nic o rozmiarze 0?

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza w pozycji nr 12 igłę o długości 36 mm i nic o rozmiarze 0 oraz podtrzymuje pozostałe zapisy siwz.

- Czy Zamawiający w pozycji nr 13 , dopuści igłę o dłg.31mm i nic o rozmiarze 0?

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza w pozycji nr 13 igłę o długości 31 mm i nic o rozmiarze 0 oraz podtrzymuje pozostałe zapisy siwz.

### **Pytania do pakietu nr 2**

- Czy Zamawiający w pozycjach nr 3,4 i 5 dopuści nic o rozmiarze 1?

Odpowiedź: zamawiający w pozycji 3,4,5 nie wyraża zgody na dopuszczenie nici o rozmiarze 1, gdyż stanowi to istotną różnicę. Zamawiający oczekuje pośredniego rozmiaru pomiędzy nitką o grubości 2-0 a 1.

-Czy zamawiający w pozycji 15 dopuści igłę o rozmiarze 13mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza w poz. 15 igłę o rozmiarze 13 mm.

### **Pytania do pakietu nr 3**

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści Nici syntetyczne, plecione, wchłaniające z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktanu / glikolu i laktydu stearylowo – wapniowego, wchłaniające się 56 – 70 dni, zachowujące 75 % siły podtrzymywania tkankowego po 14 dniach.

Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącego pakietu nr3 , Zamawiający w tym pakiecie nie opisał rozmiaru nici.

Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie nr 3 nie wyraża zgody na zachowanie 75% siły podtrzymania tkankowego po 14 dniach, gdyż nici te będą wykorzystane u pacjentów po chemioterapii i radioterapii, gdzie okres spojenia tkankowego jest utrudniony.

Zamawiający podaje grubość nici w pakiecie nr 3:

Poz.	Grubość nici				
1.	1	6.	2-0	13.	3-0
2.	2	7.	4-0	14.	3-0
3.	1-0	8.	5-0	15.	3-0
4.	1-0	9.	2-0	16.	2-0
5.	1-0	10.	2-0	17.	4-0
		11.	5-0		
		12.	5-0		

#### **Pytania do pakietu 4**

Pytanie 1

-Czy Zamawiający w pozycji nr 1 i pozycji nr 2 dopuści nić o rozmiarze 0?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza w pozycji nr 1 i pozycji nr 2 nić o rozmiarze 0.

Pytanie 3

-Czy Zamawiający w pozycji nr 7 dopuści nić fioletową?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie nici fioletowej w poz. 7, gdyż szew będzie wykorzystywany do podwiązywania naczyń w zabiegach z radioterapia śródoperacyjną w celu uniknięcia tzw. tatuażu podskórnego.

#### **Pytania do pakietu 5**

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 dopuści Nici wchłaniające, syntetyczne, dwuskładnikowe-polimer kwasu glinkowego i mlekowego, jednobarwne wchłaniające się w ciągu 56 – 70 dni, zachowujące 75% podtrzymania tkankowego po 14 dniach

Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie nr 5 nie wyraża zgody na zachowanie 75% podtrzymania tkankowego po 14 dniach, gdyż nici te będą wykorzystane u pacjentów po chemioterapii i radioterapii, gdzie okres spojenia tkankowego jest utrudniony.

- Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści nić o rozmiarze 0?

Odpowiedź: tak, zamawiający dopuszcza w pozycji nr 3 nić o rozmiarze 0

- Czy Zamawiający w pozycji nr 7 dopuści nić fioletową?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w poz. 7 nić fioletową.

Z poważaniem,

Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna