

Poznań, dnia 2009-07-30

EZ/.....4475...../2009

Wg rozdzielnika
Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 79/2009 – pałeczki i etesty.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż w specyfikacji na str.19 w pakiecie 1 skreśla się treść: „~~B042~~”.

Pod tabelką pakietu 1 dopisują się treść:

Opis wymazówek:

- sterylna
- z podłożem transportowym Amies z węglem
- pakowana indywidualnie
- aplikator plastikowy
- średnica próbówki 10-12 mm
- długość całkowita ok. 170 mm
- z nalepką umożliwiającą zapisanie danych pacjenta
- okres ważności: min 2 lata

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna