



Poznań, dnia 25.08.2009.
EZ/4937/ 2009

Wg rozdzielnika do wszystkich zainteresowanych przetargiem nieograniczonym nr 46/2009

Dotyczy: **Zakup, dostawa i montaż aparatu rtg z torem wizyjnym**

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

Kolumna lampy pkt. 20

Czy zamawiający mając na uwadze wymóg: „ wykonanie badania promieniem poziomym pacjentowi leżącemu na stole zdalnie sterowanym” ma na myśli wykorzystanie w tym samym pomieszczeniu zainstalowanego systemu z zawieszeniem sufitowym, które będzie także służyło do właśnie takich badań przy stole zdalnie sterowanym?

Czy zamawiający wymaga zainstalowania dwóch zestawów jednym pomieszczeniu z jednym zawieszeniem sufitowym, które będzie miało za zadanie obsłużyć aparat cyfrowy płucny i zestaw zdalnie sterowany?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie będzie wykorzystywał do wykonywania zdjęć poziomym promieniem na stole zdalnie sterowanym systemu z zawieszeniem sufitowym, który może być zainstalowany w tym samym pomieszczeniu ale nie jest przewidziany do obsługi dwóch systemów.

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna

