

Poznań, dnia 27-08-2009 r.

EZ/...4944/1.../2009

Wg rozdzielnika
Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 85/2009 – aparaty EKG.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE:

1. Czy zamawiający dopuści aparat
 - o pamięci wewnętrznej 150 badań
 - wadze 3.3 kg?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza zmian zapisów specyfikacji.

PYTANIE:

2. Czy zamawiający wymaga transmisji badań przez telefon stacjonarny, czy komórkowy? Czy wyrażenie możliwość transmisji oznacza możliwość rozbudowy, czy też oferowany aparat ma już mieć funkcję udostępnioną.

ODPOWIEDŹ:

Obie opcje telefoniczne są możliwe. Aparat ma mieć możliwość rozbudowy.

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna