

Poznań, dn. 04.09.2009 r

EZ/ 5016/2 /2009

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 89/2009 na zakup i dostawę sprzętu medycznego sterylnego, jednorazowego użytku

Wielkopolskie Centrum Onkologii, informuje że wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do wymienionego w tytule przetargu, na które zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1 dotyczące pakietu V, pozycja 1:

Prosimy o dopuszczenie filtrów hydrofobowych, sterylnych z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych o parametrach:

- waga 31 gram
- przestrzeń martwa 57 ml
- skuteczność nawilżania 32 H₂O/l przy VT500ml
- skuteczność filtracji wirusów i bakterii nie mniej niż 99,999%
- obudowa filtra przejrzysta, umożliwiająca kontrolę stanu wewnętrznego filtra podczas wentylacji. Pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności minimum 2 lata. Nazwa i opis w języku polskim.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza filtry o podanych parametrach, ale nie wymaga.

Pytanie 2 dotyczące pakietu V, pozycja 2:

Prosimy o dopuszczenie filtrów elektrostatycznych o masie 23 gram.

Przestrzeni martwej 42 ml.

Skuteczności filtracji wirusów i bakterii nie mniej niż 99,999%

Sterylny, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Na każdym pojedynczym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Okres ważności minimum 2 lata. Nazwa i opis w języku polskim.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza filtry o masie 23 gram. Zamawiający podtrzymuje wymogi co do przestrzeni martwej 35ml. Wymagana przestrzeń martwa filtra warunkuje prawidłową pracę inhalatora.

Pytanie 3 dotyczące umowy do przetargu nieograniczonego nr 89/2009 § 6 poz. 1.a)

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej wynikającej z opóźnienia w dostawie z 2% do 0,1 % niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Pytanie 4 dotyczące umowy do przetargu nieograniczonego nr 89/2009 § 6 poz. 1.b)

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej wynikającej z opóźnienia w dostawie z 5% do 0,1 % niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź na pytanie 3 i 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści załącznika numer 4 do siwz stanowiącego projekt umowy w zakresie § 6 ust. 1 pkt a)-b) w sposób zaproponowany przez wykonawcę. Wykonawca podejmując decyzję o złożeniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego postępuje w sposób świadomy, kierując się między innymi wymogami zamawiającego odnośnie terminów dostawy objętego zamówieniem publicznym sprzętu, a także konsekwencjami niedotrzymania tych terminów, w szczególności w zakresie uprawnienia zamawiającego do żądania od pozostającego w zwłoce ze spełnieniem świadczenia wykonawcy kar umownych. Nie podlega wątpliwości, iż niedostarczenie przez wykonawcę w terminie objętego zamówieniem publicznym sprzętu spowodować może daleko idące konsekwencje po stronie zamawiającego, wiążące się w szczególności z powstaniem po jego stronie szkody. W związku z powyższym istnieje konieczność zastrzeżenia kary umownej stanowiącej substytut odszkodowania w wysokości określonej z góry przy zawieraniu umowy.

Pytanie 5 do Pak.6,poz.1:

Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego z łącznikiem Y z kapturkiem z bezpiecznym zamknięciem typu luer-lock bez liniki.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza układ oddechowy z łącznikiem Y z kapturkiem z bezpiecznym zamknięciem typu luer-lock bez liniki, ale nie wymaga.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna